



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante radicado número 20221254623 de fecha 5 de diciembre de 2022 la Doctora ANA CAROLINA GOMEZ PRADA actuando en calidad de Representante Legal de la empresa. ZIMMER BIOMET COLOMBIA S.A.S Solicito Registro Sanitario para el producto: ZIMMER®NATURAL NAIL® SYSTEM-SISTEMA DE CLAVOS en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante requerimiento N. 2023001496 de fecha 8 de marzo de 2023 el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. Realizar aclaración del nombre del producto, toda vez que en la información que se encuentra en el folio (31 y 174) CVL y declaración de conformidad se evidencia "Zimmer Natural Nail System - Cephalomedullary Nail (CMN) - Aleación de titanio (estéril) del fabricante "Zimmer GmbH EN SUIZA. en el folio (190) se evidencia "Zimmer Natural Nail System" nombre emitido por el fabricante Zimmer, Inc en USA. siendo esta información no clara ni específica.

2. Allegar formulario corregido en donde se encuentre el nombre genérico del producto, siendo descriptivo al mismo, relacionada en la Declaración de Conformidad emitida por el fabricante, donde se evidencie el nombre del dispositivo médico en español, esta información debe coincidir en su totalidad con lo declarado en el formulario. Este punto se aclarará teniendo en cuenta el punto 1 del auto requerimiento.

3. Allegar Sticker (etiqueta) del importador donde se indique (nombre del producto, modelo y/o referencia, nombre y dirección del importador, número de Registro Sanitario, lo anterior se solicita por cuanto no se evidencia esta información en los folios (297-309).

4. Allegar y complementar los estudios clínicos realizados en pacientes para demostrar la seguridad y efectividad. Se pueden entregar estudios clínicos publicados de tecnologías similares o equivalentes a la presentada en la solicitud del registro sanitario. Toda vez que se evidencia estudios solo en tibia, y no en los diferentes usos de fracturas indicadas por el dispositivo, así como los de tornillos

Que mediante escrito número 20231125043 de fecha 11 mayo de 2023 la Doctora ANA CAROLINA GOMEZ PRADA actuando en calidad de Representante Legal de la empresa. ZIMMER BIOMET COLOMBIA S.A.S allega respuesta al requerimiento N. 2023001623 de fecha 14 de marzo de 2023.

CONSIDERACIONES

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la concesión de éste, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento. No. 2023001496 de fecha 8 de marzo de 2023.

Para dar cumplimiento al punto (1) En donde anexa aclaración del nombre del producto por parte del fabricante Quedando para Colombia: IMPLANTES PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS ZIMMER® NATURAL NAIL®. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

Para dar cumplimiento al punto (2) En donde se allega formulario corregido en el nombre genérico del producto. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (3) En donde se allega etiqueta de importador corregida. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (4) En donde se allega y complementa los estudios clínicos relacionados con pacientes que demuestran la seguridad y efectividad, considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Por tanto, se encuentran acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 para acceder a la petición, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a
PRODUCTO: ZIMMER NATURAL NAIL SYSTEM- IMPLANTES PARA FIJACIÓN DE FRACTURAS ZIMMER® NATURAL NAIL®
MARCA: Zimmer®
REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2023DM-0027183
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR: ZIMMER BIOMET COLOMBIA S.A.S. con domicilio en BOGOTA - D.C.
FABRICANTES: ZIMMER GMBH con domicilio en SUIZA;
ZIMMER INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR: SUPLEMEDICOS S.A.S. con domicilio en ITAGUI - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR: SUPLEMEDICOS S.A.S. con domicilio en ITAGUI - ANTIOQUIA
TIPO DE DISPOSITIVO INVASIVO
RIESGO: IIb
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Clavo	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®
Tapas para clavos	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®
Tapones para clavos	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®
Tornillos distal	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®
Tornillo cortical	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®
Tornillo berraquero	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®
Tornillo prisionero	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®, Polietileno (PE).
Tuerca cortical	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®, polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE)
Arandela cortical	Aleación Ti-6Al-4V Tivanium®

USOS: EL SISTEMA ZIMMER NATURAL NAIL ESTÁ DISEÑADO PARA LA FIJACIÓN TEMPORAL DE FRACTURAS Y LA ESTABILIZACIÓN DEL HUESO. LAS INDICACIONES DE USO DE LOS CLAVOS



RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

PARA TROCÁNTER MAYOR Y FOSA PIRIFORME, CLAVOS FEMORALES RETRÓGRADOS, CLAVOS TIBIALES INCLUYEN LAS SIGUIENTES, ENTRE OTRAS:

- FRACTURAS DE DIÁFISIS SIMPLES Y COMPUESTAS • FRACTURA DE DIÁFISIS PROXIMALES, METAFISARIAS Y DISTALES
- FRACTURAS SEGMENTALES • FRACTURAS CONMINUTAS • FRACTURAS RELACIONADAS CON HUESO OSTEOPÓRICO Y OSTEOPORÓTICO
- FRACTURAS PATOLÓGICAS
- FRACTURAS CON PÉRDIDA ÓSEA • PSEUDOARTROSIS, NO UNIÓN, UNIÓN INADECUADA Y UNIÓN RETARDADA
 - PSEUDOARTROSIS, FALTA DE CONSOLIDACIÓN, CONSOLIDACIÓN INADECUADA Y CONSOLIDACIÓN RETARDADA
- FRACTURAS PERIPROTÉSICAS • DEFECTOS CREADOS QUIRÚRGICAMENTE, COMO OSTEOTOMÍAS
- FRACTURAS INTERTROCANTÉREAS Y SUBTROCANTÉREAS
- DEFECTOS CREADOS QUIRÚRGICAMENTE, COMO OSTEOTOMÍAS
- DEFECTOS DE ORIGEN QUIRÚRGICO, COMO LAS OSTEOTOMÍAS
- FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS CERRADAS
- FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS CON CONMINUCIÓN GRAVE Y AFECTACIÓN

ARTICULAR

- FRACTURAS QUE AFECTAN A LOS CÓNDILOS FEMORALES
- PACIENTES CON POLITRAUMATISMOS EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE), LOS CLAVOS FEMORALES ANTERÓGRADOS ZIMMER NATURAL NAIL PARA LA FOSA PIRIFORME Y EL TROCÁNTER MAYOR ESTÁN INDICADOS PARA LA FIJACIÓN Y ESTABILIZACIÓN TEMPORAL DE OSTEOTOMÍAS Y FRACTURAS FEMORALES. EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE), LOS CLAVOS FEMORALES RETRÓGRADOS ZIMMER NATURAL NAIL ESTÁN INDICADOS PARA LA FIJACIÓN Y ESTABILIZACIÓN TEMPORAL DE FRACTURAS FEMORALES. EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE), LOS CLAVOS TIBIALES ZNN™ ESTÁN INDICADOS PARA LA FIJACIÓN Y ESTABILIZACIÓN TEMPORAL DE OSTEOTOMÍAS Y FRACTURAS TIBIALES

**PRESENTACIONES
COMERCIALES:
OBSERVACIONES:**

EMPAQUE UNITARIO
ESTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES
REFERENCIAS Y/O MODELOS:



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RODS CAPS	00-4452-092-25	TRANSFX PROTECTIVE CAPS, 2.5/3.0MM
SCREWS	47-2483-020-40	Z NAIL 4.0X20 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-020-50	Z NAIL 5.0X20 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-022-40	Z NAIL 4.0X22.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-022-50	Z NAIL 5.0X22.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-025-40	Z NAIL 4.0X25 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-025-50	Z NAIL 5.0X25 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-027-40	Z NAIL 4.0X27.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-027-50	Z NAIL 5.0X27.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-030-40	Z NAIL 4.0X30 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-030-50	Z NAIL 5.0X30 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-032-40	Z NAIL 4.0X32.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-032-50	Z NAIL 5.0X32.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-035-40	Z NAIL 4.0X35 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-035-50	Z NAIL 5.0 X 35 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-037-40	Z NAIL 4.0X37.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-037-50	Z NAIL 5.0X37.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-040-40	Z NAIL 4.0X40 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-040-50	Z NAIL 5.0 X 40 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-042-40	Z NAIL 4.0X42.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-042-50	Z NAIL 5.0X42.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-045-40	Z NAIL 4.0X45 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-045-50	Z NAIL 5.0 X 45 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-047-40	Z NAIL 4.0X47.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-047-50	Z NAIL 5.0X47.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-050-40	Z NAIL 4.0X50 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-050-50	Z NAIL 5.0 X 50 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-050-60	Z NAIL 6.0 X 50 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-052-40	Z NAIL 4.0X52.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-052-50	Z NAIL 5.0X52.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-055-40	Z NAIL 4.0X55 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-055-50	Z NAIL 5.0 X 55 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-055-60	Z NAIL 6.0 X 55 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-057-40	Z NAIL 4.0X57.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-057-50	Z NAIL 5.0X57.5 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-060-40	Z NAIL 4.0X60 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-060-50	Z NAIL 5.0 X 60 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-060-60	Z NAIL 6.0 X 60 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-065-40	Z NAIL 4.0X65 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-065-50	Z NAIL 5.0 X 65 CORT SCREW PT



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SCREWS	47-2483-065-60	Z NAIL 6.0 X 65 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-070-40	Z NAIL 4.0X70 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-070-50	Z NAIL 5.0 X 70 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-070-60	Z NAIL 6.0 X 70 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-075-40	Z NAIL 4.0X75 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-075-50	Z NAIL 5.0 X 75 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-075-60	Z NAIL 6.0 X 75 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-080-40	Z NAIL 4.0X80 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-080-50	Z NAIL 5.0 X 80 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-080-60	Z NAIL 6.0 X 80 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-085-50	Z NAIL 5.0 X 85 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-085-60	Z NAIL 6.0 X 85 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-090-40	Z NAIL 4.0X90 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-090-50	Z NAIL 5.0 X 90 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-090-60	Z NAIL 6.0 X 90 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-095-40	Z NAIL 4.0X95 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-095-50	Z NAIL 5.0 X 95 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-095-60	Z NAIL 6.0 X 95 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-100-40	Z NAIL 4.0X100 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-100-50	Z NAIL 5.0X100 CORT SCREW PT
SCREWS	47-2483-100-60	Z NAIL 6.0 X 100 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-105-60	Z NAIL 6.0 X 105 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-110-60	Z NAIL 6.0 X 110 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-115-60	Z NAIL 6.0 X 115 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-120-60	Z NAIL 6.0 X 120 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-125-60	Z NAIL 6.0 X 125 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-130-60	Z NAIL 6.0 X 130 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-135-60	Z NAIL 6.0 X 135 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2483-140-60	Z NAIL 6.0 X 140 CANC SCREW PT
SCREWS	47-2484-020-40	CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-020-50	Z NAIL 5.0X20 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-022-40	Z NAIL 4.0X22.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-022-50	Z NAIL 5.0X22.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-025-40	Z NAIL 4.0X25 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-025-50	Z NAIL 5.0X25 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-027-40	Z NAIL 4.0X27.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-027-50	Z NAIL 5.0X27.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-030-40	Z NAIL 4.0X30 CORT SCREW F
SCREWS	47-2484-030-50	Z NAIL 5.0X30 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-032-40	Z NAIL 4.0X32.5 CORT SCREW FA



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SCREWS	47-2484-032-50	Z NAIL 5.0X32.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-035-40	Z NAIL 4.0X35 CORT SCREW F
SCREWS	47-2484-035-50	Z NAIL 5.0X35 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-037-40	Z NAIL 4.0X37.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-037-50	Z NAIL 5.0X37.5 CORT SCREW F
SCREWS	47-2484-040-40	Z NAIL 4.0X40 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-040-50	Z NAIL 5.0X40 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-042-40	Z NAIL 4.0X42.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-042-50	Z NAIL 5.0X42.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-045-40	Z NAIL 4.0X45 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-045-50	Z NAIL 5.0X45 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-047-40	Z NAIL 4.0X47.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-047-50	Z NAIL 5.0X47.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-050-40	Z NAIL 4.0X50 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-050-50	Z NAIL 5.0X50 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-050-60	Z NAIL 6.0 X 50 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-052-40	Z NAIL 4.0X52.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-052-50	Z NAIL 5.0X52.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-055-40	Z NAIL 4.0X55 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-055-50	Z NAIL 5.0X55 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-055-60	Z NAIL 6.0 X 55 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-057-40	Z NAIL 4.0X57.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-057-50	Z NAIL 5.0X57.5 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-060-40	Z NAIL 4.0X60 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-060-50	Z NAIL 5.0X60 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-060-60	Z NAIL 6.0 X 60 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-065-40	Z NAIL 4.0X65 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-065-50	Z NAIL 5.0X65 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-065-60	Z NAIL 6.0 X 65 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-070-40	Z NAIL 4.0X70 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-070-50	Z NAIL 5.0X70 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-070-60	Z NAIL 6.0 X 70 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-075-40	Z NAIL 4.0X75 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-075-50	Z NAIL 5.0X75 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-075-60	Z NAIL 6.0 X 75 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-080-40	Z NAIL 4.0X80 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-080-50	Z NAIL 5.0X80 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-080-60	Z NAIL 6.0 X 80 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-085-40	z NAIL 4.0X85 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-085-50	Z NAIL 5.0X85 CORT SCREW FA



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SCREWS	47-2484-085-60	Z NAIL 6.0 X 85 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-090-40	Z NAIL 4.0X90 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-090-50	Z NAIL 5.0X90 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-090-60	Z NAIL 6.0 X 90 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-095-40	Z NAIL 4.0X95 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-095-50	Z NAIL 5.0X95 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-095-60	Z NAIL 6.0 X 95 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-100-40	Z NAIL 4.0X100 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-100-50	Z NAIL 5.0X100 CORT SCREW FA
SCREWS	47-2484-100-60	Z NAIL 6.0 X 100 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-105-60	Z NAIL 6.0 X 105 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-110-60	Z NAIL 6.0 X 110 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-115-60	Z NAIL 6.0 X 115 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-120-60	Z NAIL 6.0 X 120 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-125-60	Z NAIL 6.0 X 125 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-130-60	Z NAIL 6.0 X 130 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-135-60	Z NAIL 6.0 X 135 CANC SCREW FA
SCREWS	47-2484-140-60	Z NAIL 6.0 X 140 CANC SCREW FA
	47-2487-001-00	Z NAIL ANTE FEM NAIL CAP 0MM
	47-2487-001-05	Z NAIL ANTE FEM NAIL CAP 5MM
	47-2487-001-10	Z NAIL ANTE FEM NAIL CAP 10MM
	47-2487-001-15	Z NAIL ANTE FEM NAIL CAP 15MM
	47-2487-005-00	Z NAIL TIBIAL NAIL CAP 0MM
	47-2487-005-05	Z NAIL TIBIAL NAIL CAP 5MM
	47-2487-005-10	Z NAIL TIBIAL NAIL CAP 10MM
	47-2487-005-15	Z NAIL TIBIAL NAIL CAP 15MM
	47-2487-008-00	Z NAIL RET FEM NAIL CAP 0MM
	47-2487-008-05	Z NAIL RET FEM NAIL CAP 5MM
	47-2487-008-10	Z NAIL RET FEM NAIL CAP 10MM
	47-2487-008-15	Z NAIL RET FEM NAIL CAP 15MM
MISC IMPLANTS TI	47-2488-000-02	ZIMMER NAIL WASHER
	47-2491-300-09	Z NAIL PF 9.3MM X 30CM UNIV
	47-2491-300-10	Z NAIL PF 10MM X 30CM UNIV
	47-2491-300-11	Z NAIL PF 11MM X 30CM UNIV
	47-2491-300-12	Z NAIL PF 12MM X 30CM UNIV
	47-2491-300-13	Z NAIL PF 13MM X 30CM UNIV
	47-2491-300-14	Z NAIL PF 14MM X 30CM UNIV
	47-2491-320-09	Z NAIL PF 9.3MM X 32CM UNIV
	47-2491-320-10	Z NAIL PF 10MM X 32CM UNIV
	47-2491-320-11	Z NAIL PF 11MM X 32CM UNIV



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2491-320-12	Z NAIL PF 12MM X 32CM UNIV
	47-2491-320-13	Z NAIL PF 13MM X 32CM UNIV
	47-2491-320-14	Z NAIL PF 14MM X 32CM UNIV
	47-2491-340-09	Z NAIL PF 9.3MM X 34CM UNIV
	47-2491-340-10	Z NAIL PF 10MM X 34CM UNIV
	47-2491-340-11	Z NAIL PF 11MM X 34CM UNIV
	47-2491-340-12	Z NAIL PF 12MM X 34CM UNIV
	47-2491-340-13	Z NAIL PF 13MM X 34CM UNIV
	47-2491-340-14	Z NAIL PF 14MM X 34CM UNIV
	47-2491-360-09	Z NAIL PF 9.3MM X 36CM UNIV
	47-2491-360-10	Z NAIL PF 10MM X 36CM UNIV
	47-2491-360-11	Z NAIL PF 11MM X 36CM UNIV
	47-2491-360-12	Z NAIL PF 12MM X 36CM UNIV
	47-2491-360-13	Z NAIL PF 13MM X 36CM UNIV
	47-2491-360-14	Z NAIL PF 14MM X 36CM UNIV
	47-2491-400-09	Z NAIL PF 9.3MM X 40CM UNIV
	47-2491-420-09	Z NAIL PF 9.3MM X 42CM UNIV
	47-2491-440-09	Z NAIL PF 9.3MM X 44CM UNIV
	47-2491-460-09	Z NAIL PF 9.3MM X 46CM UNIV
	47-2491-460-10	Z NAIL PF 10MM X 46CM UNIV
	47-2491-460-11	Z NAIL PF 11MM X 46CM UNIV
	47-2491-460-12	Z NAIL PF 12MM X 46CM UNIV
	47-2491-460-13	Z NAIL PF 13MM X 46CM UNIV
	47-2492-260-09	Z NAIL GT 9.3MM X 26CM R
	47-2492-260-10	Z NAIL GT 10MM X 26CM R
	47-2492-260-11	Z NAIL GT 11MM X 26CM R
	47-2492-260-12	Z NAIL GT 12MM X 26CM R
	47-2492-260-13	Z NAIL GT 13MM X 26CM R
	47-2492-260-14	Z NAIL GT 14MM X 26CM R
	47-2492-261-09	Z NAIL GT 9.3MM X 26CM L
	47-2492-261-10	Z NAIL GT 10MM X 26CM L
	47-2492-261-11	Z NAIL GT 11MM X 26CM L
	47-2492-261-12	Z NAIL GT 12MM X 26CM L
	47-2492-261-13	Z NAIL GT 13MM X 26CM L
	47-2492-261-14	Z NAIL GT 14MM X 26CM L
	47-2492-280-09	Z NAIL GT 9.3MM X 28CM R
	47-2492-280-10	Z NAIL GT 10MM X 28CM R
	47-2492-280-11	Z NAIL GT 11MM X 28CM R
	47-2492-280-12	Z NAIL GT 12MM X 28CM R
	47-2492-280-13	Z NAIL GT 13MM X 28CM R



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2492-280-14	Z NAIL GT 14MM X 28CM R
	47-2492-281-09	Z NAIL GT 9.3MM X 28CM L
	47-2492-281-10	Z NAIL GT 10MM X 28CM L
	47-2492-281-11	Z NAIL GT 11MM X 28CM L
	47-2492-281-12	Z NAIL GT 12MM X 28CM L
	47-2492-281-13	Z NAIL GT 13MM X 28CM L
	47-2492-281-14	Z NAIL GT 14MM X 28CM L
	47-2492-300-09	Z NAIL GT 9.3MM X 30CM R
	47-2492-300-10	Z NAIL GT 10MM X 30CM R
	47-2492-300-11	Z NAIL GT 11MM X 30CM R
	47-2492-300-12	Z NAIL GT 12MM X 30CM R
	47-2492-300-13	Z NAIL GT 13MM X 30CM R
	47-2492-300-14	Z NAIL GT 14MM X 30CM R
	47-2492-301-09	Z NAIL GT 9.3MM X 30CM L
	47-2492-301-10	Z NAIL GT 10MM X 30CM L
	47-2492-301-11	Z NAIL GT 11MM X 30CM L
	47-2492-301-12	Z NAIL GT 12MM X 30CM L
	47-2492-301-13	Z NAIL GT 13MM X 30CM L
	47-2492-301-14	Z NAIL GT 14MM X 30CM L
	47-2492-320-09	Z NAIL GT 9.3MM X 32CM R
	47-2492-320-10	Z NAIL GT 10MM X 32CM R
	47-2492-320-11	Z NAIL GT 11MM X 32CM R
	47-2492-320-12	Z NAIL GT 12MM X 32CM R
	47-2492-320-13	Z NAIL GT 13MM X 32CM R
	47-2492-320-14	Z NAIL GT 14MM X 32CM R
	47-2492-321-09	Z NAIL GT 9.3MM X 32CM L
	47-2492-321-10	Z NAIL GT 10MM X 32CM L
	47-2492-321-11	Z NAIL GT 11MM X 32CM L
	47-2492-321-12	Z NAIL GT 12MM X 32CM L
	47-2492-321-13	Z NAIL GT 13MM X 32CM L
	47-2492-321-14	Z NAIL GT 14MM X 32CM L
	47-2492-340-09	Z NAIL GT 9.3MM X 34CM R
	47-2492-340-10	Z NAIL GT 10MM X 34CM R
	47-2492-340-11	Z NAIL GT 11MM X 34CM R
	47-2492-340-12	Z NAIL GT 12MM X 34CM R
	47-2492-340-13	Z NAIL GT 13MM X 34CM R
	47-2492-340-14	Z NAIL GT 14MM X 34CM R
	47-2492-341-09	Z NAIL GT 9.3MM X 34CM L
	47-2492-341-10	Z NAIL GT 10MM X 34CM L
	47-2492-341-11	Z NAIL GT 11MM X 34CM L



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2492-341-12	Z NAIL GT 12MM X 324M L
	47-2492-341-13	Z NAIL GT 13MM X 34CM L
	47-2492-341-14	Z NAIL GT 14MM X 34CM L
	47-2492-360-09	Z NAIL GT 9.3MM X 36CM R
	47-2492-360-10	Z NAIL GT 10MM X 36CM R
	47-2492-360-11	Z NAIL GT 11MM X 36CM R
	47-2492-360-12	Z NAIL GT 12MM X 36CM R
	47-2492-360-13	Z NAIL GT 13MM X 36CM R
	47-2492-360-14	Z NAIL GT 14MM X 36CM R
	47-2492-361-09	Z NAIL GT 9.3MM X 36CM L
	47-2492-361-10	Z NAIL GT 10MM X 36CM L
	47-2492-361-11	Z NAIL GT 11MM X 36CM L
	47-2492-361-12	Z NAIL GT 12MM X 36CM L
	47-2492-361-13	Z NAIL GT 13MM X 36CM L
	47-2492-361-14	Z NAIL GT 14MM X 36CM L
	47-2492-380-09	Z NAIL GT 9.3MM X 38CM R
	47-2492-380-10	Z NAIL GT 10MM X 38CM R
	47-2492-380-11	Z NAIL GT 11MM X 38CM R
	47-2492-380-12	Z NAIL GT 12MM X 38CM R
	47-2492-380-13	Z NAIL GT 13MM X 38CM R
	47-2492-380-14	Z NAIL GT 14MM X 38CM R
	47-2492-381-09	Z NAIL GT 9.3MM X 38CM L
	47-2492-381-10	Z NAIL GT 10MM X 38CM L
	47-2492-381-11	Z NAIL GT 11MM X 38CM L
	47-2492-381-12	Z NAIL GT 12MM X 38CM L
	47-2492-381-13	Z NAIL GT 13MM X 38CM L
	47-2492-381-14	Z NAIL GT 14MM X 38CM L
	47-2492-400-09	Z NAIL GT 9.3MM X 40CM R
	47-2492-400-10	Z NAIL GT 10MM X 40CM R
	47-2492-400-11	Z NAIL GT 11MM X 40CM R
	47-2492-400-12	Z NAIL GT 12MM X 40CM R
	47-2492-400-13	Z NAIL GT 13MM X 40CM R
	47-2492-400-14	Z NAIL GT 14MM X 40CM R
	47-2492-401-09	Z NAIL GT 9.3MM X 40CM L
	47-2492-401-10	Z NAIL GT 10MM X 40CM L
	47-2492-401-11	Z NAIL GT 11MM X 40CM L
	47-2492-401-12	Z NAIL GT 12MM X 40CM L
	47-2492-401-13	Z NAIL GT 13MM X 40CM L
	47-2492-401-14	Z NAIL GT 14MM X 40CM L
	47-2492-421-09	Z NAIL GT 9.3MM X 40CM L



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2492-421-10	Z NAIL GT 10MM X 42CM L
	47-2492-421-11	Z NAIL GT 11MM X 42CM L
	47-2492-421-12	Z NAIL GT 12MM X 42CM L
	47-2492-421-13	Z NAIL GT 13MM X 42CM L
	47-2492-421-14	Z NAIL GT 14MM X 42CM L
	47-2492-460-10	Z NAIL GT 10MM X 46CM R
	47-2492-460-11	Z NAIL GT 11MM X 46CM R
	47-2492-460-12	Z NAIL GT 12MM X 46CM R
	47-2492-460-13	Z NAIL GT 13MM X 46CM R
	47-2492-460-14	Z NAIL GT 14MM X 46CM R
	47-2494-160-10	Z NAIL RF 10 MM X 16 CM UNIV
	47-2494-160-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 16 CM UNIV
	47-2494-160-13	Z NAIL RF 13 MM X 16 CM UNIV
	47-2494-200-10	Z NAIL RF 10 MM X 20 CM UNIV
	47-2494-200-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 20 CM UNIV
	47-2494-200-13	Z NAIL RF 13 MM X 20 CM UNIV
	47-2494-240-10	Z NAIL RF 10 MM X 24 CM UNIV
	47-2494-240-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 24 CM UNIV
	47-2494-240-13	Z NAIL RF 13 MM X 24 CM UNIV
	47-2494-280-10	Z NAIL RF 10 MM X 28 CM UNIV
	47-2494-280-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 28 CM UNIV
	47-2494-280-13	Z NAIL RF 13 MM X 28 CM UNIV
	47-2494-300-10	Z NAIL RF 10 MM X 30 CM UNIV
	47-2494-300-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 30 CM UNIV
	47-2494-300-13	Z NAIL RF 13 MM X 30 CM UNIV
	47-2494-320-10	Z NAIL RF 10 MM X 32 CM UNIV
	47-2494-320-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 32 CM UNIV
	47-2494-320-13	Z NAIL RF 13 MM X 32 CM UNIV
	47-2494-340-10	Z NAIL RF 10 MM X 34 CM UNIV
	47-2494-340-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 34 CM UNIV
	47-2494-340-13	Z NAIL RF 13 MM X 34 CM UNIV
	47-2494-360-10	Z NAIL RF 10 MM X 36 CM UNIV
	47-2494-360-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 36 CM UNIV
	47-2494-360-13	Z NAIL RF 13 MM X 36 CM UNIV
	47-2494-380-10	Z NAIL RF 10 MM X 38 CM UNIV
	47-2494-380-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 38 CM UNIV
	47-2494-380-13	Z NAIL RF 13 MM X 38 CM UNIV
	47-2494-400-10	Z NAIL RF 10 MM X 40 CM UNIV
	47-2494-400-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 40 CM UNIV
	47-2494-400-13	Z NAIL RF 13 MM X 40 CM UNIV



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2494-420-10	Z NAIL RF 10 MM X 42 CM UNIV
	47-2494-420-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 42 CM UNIV
	47-2494-420-13	Z NAIL RF 13 MM X 42 CM UNIV
	47-2494-440-10	Z NAIL RF 10 MM X 44 CM UNIV
	47-2494-440-11	Z NAIL RF 11.5 MM X 44 CM UNIV
	47-2494-440-13	Z NAIL RF 13 MM X 44 CM UNIV
	47-2495-240-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 24CM UNIV
	47-2495-240-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 24CM UNIV
	47-2495-240-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 24CM UNIV
	47-2495-240-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 24CM UNIV
	47-2495-240-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 24CM UNIV
	47-2495-240-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 24CM UNIV
	47-2495-240-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 24CM UNIV
	47-2495-260-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 26CM UNIV
	47-2495-260-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 26CM UNIV
	47-2495-260-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 26CM UNIV
	47-2495-260-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 26CM UNIV
	47-2495-260-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 26CM UNIV
	47-2495-260-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 26CM UNIV
	47-2495-260-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 26CM UNIV
	47-2495-280-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 28CM UNIV
	47-2495-280-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 28CM UNIV
	47-2495-280-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 28CM UNIV
	47-2495-280-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 28CM UNIV
	47-2495-280-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 28CM UNIV
	47-2495-280-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 28CM UNIV
	47-2495-280-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 28CM UNIV
	47-2495-300-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 30CM UNIV
	47-2495-300-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 30CM UNIV
	47-2495-300-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 30CM UNIV
	47-2495-300-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 30CM UNIV
	47-2495-300-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 30CM UNIV
	47-2495-300-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 30CM UNIV
	47-2495-300-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 30CM UNIV
	47-2495-320-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X32CM UNIV
	47-2495-320-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 32CM UNIV
	47-2495-320-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 32CM UNIV
	47-2495-320-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 32CM UNIV
	47-2495-320-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 32CM UNIV
	47-2495-320-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 32CM UNIV



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2495-320-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 32CM UNIV
	47-2495-340-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 34CM UNIV
	47-2495-340-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 34CM UNIV
	47-2495-340-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 34CM UNIV
	47-2495-340-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 34CM UNIV
	47-2495-340-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 34CM UNIV
	47-2495-340-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 34CM UNIV
	47-2495-340-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 34CM UNIV
	47-2495-360-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 36CM UNIV
	47-2495-360-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 36CM UNIV
	47-2495-360-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 36CM UNIV
	47-2495-360-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 36CM UNIV
	47-2495-360-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 36CM UNIV
	47-2495-360-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 36CM UNIV
	47-2495-360-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 36CM UNIV
	47-2495-380-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 38CM UNIV
	47-2495-380-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 38CM UNIV
	47-2495-380-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 38CM UNIV
	47-2495-380-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 38CM UNIV
	47-2495-380-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 38CM UNIV
	47-2495-380-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 38CM UNIV
	47-2495-380-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 38CM UNIV
	47-2495-400-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 40CM UNIV
	47-2495-400-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 40CM UNIV
	47-2495-400-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 40CM UNIV
	47-2495-400-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 40CM UNIV
	47-2495-400-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 40CM UNIV
	47-2495-400-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 40CM UNIV
	47-2495-400-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 40CM UNIV
	47-2495-420-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 42CM UNIV
	47-2495-420-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 42CM UNIV
	47-2495-420-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 42CM UNIV
	47-2495-420-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 42CM UNIV
	47-2495-420-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 42CM UNIV
	47-2495-420-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 42CM UNIV
	47-2495-420-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 42CM UNIV
	47-2495-440-08	Z NAIL TIBIA 8.3MM X 44CM UNIV
	47-2495-440-09	Z NAIL TIBIA 9.3MM X 44CM UNIV
	47-2495-440-10	Z NAIL TIBIA 10MM X 44CM UNIV
	47-2495-440-11	Z NAIL TIBIA 11MM X 44CM UNIV



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2495-440-12	Z NAIL TIBIA 12MM X 44CM UNIV
	47-2495-440-13	Z NAIL TIBIA 13MM X 44CM UNIV
	47-2495-440-14	Z NAIL TIBIA 14MM X 44CM UNIV
Implants Lower Trauma	47-2485-070-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 70 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-075-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 75 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-080-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 80 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-085-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 85 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-090-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 90 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-095-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 95 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-100-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 100 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-105-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 105 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-110-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 110 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-115-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 115 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-120-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 120 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2485-125-10	Zimmer® Natural Nail™ System Lag Screw - Including Set Screw 10.5 mm Diameter 152 mm Length
Implants Lower Trauma	47-2493-000-00	Zimmer® Natural Nail™ System SETSCREW 8 MM DIAMETER 3.5MM HEX HEAD
Implants Lower Trauma	47-2493-210-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -SHORT 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-210-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -SHORT 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Implants Lower Trauma	47-2493-210-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -SHORT 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-211-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -SHORT 125 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-211-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -SHORT 125 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-211-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -SHORT 125 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-212-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-212-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-213-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCO ANGLE LEFT 11.5 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-215-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 135°, -SHORT 135 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-215-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 135°, -SHORT 135 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-215-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 135°, -SHORT 135 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-300-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-300-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-302-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-302-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-303-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-320-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 32 CM LENGTH



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Implants Lower Trauma	47-2493-320-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-320-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-322-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-322-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-323-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-340-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 34 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-340-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 34 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-342-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 34 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-342-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 34 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-343-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIAMETER 34CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-360-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 36CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-360-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 36CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-363-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIATEMER 36 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-363-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIATEMER 36 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-363-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIATEMER 36 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-380-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIATEMER 38 CM LENGTH



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Implants Lower Trauma	47-2493-380-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-382-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-382-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-383-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-400-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11,5 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-400-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-402-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-403-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-420-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-420-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-420-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-440-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIATEMER 44 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-440-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 44 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-442-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 44CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-443-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIATEMER 44 CM LENGTH
	47-2487-002-00	Z NAIL CPM NEU NAIL CAP 0MM
	47-2487-002-05	Z NAIL CPM NEU NAIL CAP 5MM
	47-2487-002-10	Z NAIL CPM NEU NAIL CAP 10MM



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	47-2487-002-15	Z NAIL CPM NEU NAIL CAP 15MM
Implants Lower Trauma	47-2493-210-14	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -SHORT 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 14 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-212-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-212-14	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 14 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-213-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCO ANGLE LEFT 10 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-213-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCO ANGLE LEFT 13 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-213-14	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -SHORT 130 DEGREE CCO ANGLE LEFT 14 MM DIAMETER 21.5 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-300-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-302-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11,5 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-303-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-303-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIAMETER 30 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-322-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-323-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-323-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIAMETER 32 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-340-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 34 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-342-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIAMETER 34 CM LENGTH



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Implants Lower Trauma	47-2493-343-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIAMETER 34CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-343-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIAMETER 34CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-360-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIAMETER 36CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-362-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 36 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-362-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIATEMER 36 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-362-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 36 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-380-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-382-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11,5 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-383-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-383-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIATEMER 38 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-400-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-402-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-402-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-403-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-403-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIATEMER 40 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-422-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-422-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIATEMER 42 CM LENGTH



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

FAMILIA	CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Implants Lower Trauma	47-2493-422-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 13 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-423-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-423-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 11.5 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-423-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIATEMER 42 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-440-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 125°, -LONG 125 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 44 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-442-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 10 MM DIATEMER 44CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-442-11	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE RIGHT 11.5 MM DIATEMER 44CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-443-10	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 10 MM DIATEMER 44 CM LENGTH
Implants Lower Trauma	47-2493-443-13	Zimmer® Natural Nail™ System ZNN™, CMN femoral nail, CCD 130°, -LONG 130 DEGREE CCD ANGLE LEFT 13 MM DIATEMER 44 CM LENGTH

VIDA UTIL: 10 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20241255
RADICACIÓN No.: 20221254623
FECHA DE RADICACION: 11/05/2022

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueban etiquetas del fabricante con radicado No. 20221254623 y del importador allegada con radicado N. 20231125043

ARTICULO TERCERO- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 7 de Junio de 2023
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2023024992 DE 7 de Junio de 2023

Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

Proyectó: Legal: sroncancioc, Técnico: hpinzonr Revisó: cordina_varios