

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020467 de 8 de Mayo de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004 y Ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 20241017191 de fecha 26 de enero de 2024, la Doctora HEMERFLAVIA GALEANO actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad BIOCIENTIFICA LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C., presentó solicitud de registro sanitario nuevo para el reactivo de diagnóstico In vitro: ID DiaClon Anti-D.

Que mediante Auto No. 2024003290 de fecha 4 de marzo de 2024, el INVIMA informó al interesado que para continuar con el trámite solicitado, debía dar respuesta a los siguientes requerimientos:

Considerando lo manifestado por el interesado: “Los Reactivos y Sueros para Inmunoematología Diamed clasificado dentro de la Categoría III, fueron Estudiados y Aprobado su Concepto Técnico por la Sala Especializada de Reactivos y le otorgó concepto técnico favorable en la reunión del 20 y 21 de Febrero de 2008 como consta en el punto 3.50 del acta No. 2 de Febrero de 2008. La Sala Especializada de Reactivos In-Vitro dió el Concepto de Aprobación a los Sueros Hemoclasificadores para Inmunoematología. Las Tarjetas, Microplacas y Frascos de los Reactivos de DIAMED AG, contienen los Sueros Hemoclasificadores Aprobados, lo que varía es la Presentación de los Reactivos. En Tarjeta y Microplaca para Técnicas Automatizadas y en Frascos para Técnica Convencional en Tubo o Lámina, pero en Anti-Suero en exactamente el mismo”; se informa que según lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 21 del Decreto 3770, los documentos que continúan vigentes y que pueden ser tenidos en cuenta por la autoridad sanitaria aplica únicamente para los casos en que el registro sanitario es renovado. En ese sentido, el concepto No. 3.50 del Acta No. 2 de 2008, emitido por la entonces Comisión Revisora de la Sala Especializada de Reactivos In vitro para el producto “Reactivos y Sueros para Inmunoematología Diamed” fue tenido en cuenta en su momento para las dos renovaciones del registro sanitario INVIMA 2019RD-0000988-R2, en donde estaba incluido el producto en cuestión. No obstante, teniendo en cuenta que el interesado solicitó un registro sanitario nuevo para el producto: ID DiaClon Anti-D y teniendo en cuenta que la denominación del producto en la solicitud del registro sanitario nuevo no coincide con el nombre del producto aprobado en la mencionada Acta, y no hay evidencia documental de que el solicitante haya allegado la documentación del producto “ID DiaClon Anti-D” ante la sala especializada en el año 2008, se considera procedente solicitar al interesado, el concepto aprobatorio del producto “ID DiaClon Anti-D” por parte de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y reactivos de diagnóstico In vitro. Cabe resaltar que las solicitudes ante dicha Comisión Revisora se deben realizar por producto, en concordancia con lo establecido en el Decreto 3770 de 2004, para las solicitudes de registro sanitario nuevo categoría III, y que cada producto debe contar con los requisitos establecidos en el artículo 7° del mencionado Decreto. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el producto aprobado por la comisión revisora como “Sueros Hemoclasificadores para Inmunoematología”, corresponde a un aproximado de 192 productos que fueron agrupados en seis registros sanitarios, los cuales fueron renovados en el año 2019 con la condición de que éstos no podían ser nuevamente renovados, a razón de que no proceden las agrupaciones de productos para los reactivos de diagnóstico In vitro categoría III. En ese contexto, el concepto que aprobó la denominación “Sueros Hemoclasificadores para Inmunoematología” no puede ser validado para la solicitud de este registro sanitario nuevo, por cuanto es necesario que se presenten los estudios específicos para cada producto ante la Sala Especializada. En caso de no contar con el concepto aprobatorio de la Sala Especializada para el producto “ID DiaClon Anti-D”, puede allegar un Certificado de Venta Libre-CVL vigente, emitido por una autoridad sanitaria de un país de referencia, en los términos del artículo 10, subnumeral 10.2.10, artículo 22 del Decreto 3770 de 2004, y artículo 1 del Decreto 581 de 2017.

Que mediante radicado No. 20241099121 de fecha 24 de abril de 2024, la Doctora HEMERFLAVIA GALEANO, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad BIOCIENTIFICA LTDA. con domicilio en BOGOTA - D.C., allegó respuesta al Auto No. 2024003290 de fecha 4 de marzo de 2024.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020467 de 8 de Mayo de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004 y Ley 1437 de 2011.

CONSIDERACIONES

Que como respuesta al Auto No. 2024003290 de fecha 4 de marzo de 2024, el interesado manifestó lo siguiente:

“(…) -Fue la dirección de dispositivos médicos quienes cambiaron el criterio técnico para que Biocientífica, luego de 15 años de tener el actual registro sanitario, tramitara y obtuviera un registro sanitario independiente por cada reactivo incluido en registro INVIMA 2019RD- 000988-R2. Así quedó consignado en la resolución 2019026532 que lo concedió.

Frente a lo argumentado por el interesado, es preciso indicar que la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías no realizó en ningún caso, cambios relacionados con los criterios técnicos del Decreto 3770 de 2004, en cambio, lo que se procuró fue la aplicación correcta de la normatividad sanitaria vigente, requiriendo que se debía solicitar registros sanitarios nuevos para cada reactivo de diagnóstico In Vitro categoría tres (III) por separado, por cuanto la agrupación de reactivos de diagnóstico In Vitro únicamente aplica para máximo quince (15) reactivos clasificados en las categorías uno y dos (I y II), lo anterior, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 11° del mencionado Decreto.

-La citada resolución, no desvirtuó el concepto técnico aprobatorio emitido por la sala especializada en 2008. De hecho, lo ratificó al exigirnos tramitar registros independientes, pues tramitar el registro sanitario da por sentado que se mantiene aprobación de la sala.

-El acuerdo con la Dirección es que a los productos descritos en la presentación comercial del actual registro sanitario 2019RD-000988-R2, se les tramité de manera independiente. Así las cosas, el reactivo ID DiaClon Anti-D que está registrado actualmente, legal y técnicamente es una renovación, así el Invima le asigne un número diferente.

Con relación a los puntos referenciados, se aclara que la Resolución No. 2019026532 del 27 de junio de 2019, mediante la cual el INVIMA renovó el registro sanitario No. INVIMA 2019RD-0000988-R2 para el grupo de productos BLOOD GROUP SEROLOGY ID MICRO TYPING SYSTEM ANTI-D Y FENOTIPOS DEL D, fue concedida en virtud del argumento dado en la respuesta al Auto No. 2019026532 del 27 de junio de 2019, relacionado con un posible riesgo de desabastecimiento de productos usados en los bancos de sangre del país. En ese sentido, dicha renovación fue concedida con la condición de que en el año 2024, el registro sanitario no podía ser renovado para el mismo grupo de productos, por lo que se concedió un término de dos años para que el interesado solicitara los respectivos registros sanitarios nuevos por producto.

Cabe resaltar que el Auto de requerimiento de la solicitud de la mencionada renovación, requirió al interesado solicitar la renovación para un único producto, lo cual implicaba que para ese trámite de renovación, podía ser tenido en cuenta el concepto de la Sala Especializada 3.50 del acta No. 2 de Febrero de 2008; en aplicación del parágrafo 3° del artículo 21 del Decreto 3770 de 2004:

“Parágrafo 3°. Si la información que reposa en el expediente no ha cambiado en el momento de solicitar la renovación, el titular de los registros sanitarios que correspondan según la categoría del reactivo in vitro podrá enviar una declaración juramentada donde se indique cuáles documentos continúan vigentes, los cuales pueden ser tenidos en cuenta según lo determine la autoridad sanitaria”.

Es también importante aclarar que el trámite que nos ocupa, es decir, la solicitud con el radicado 20241017191 de fecha 26 de enero de 2024, corresponde a una solicitud de “registro sanitario nuevo” y como tal, la administración aplica el procedimiento de evaluación de registros sanitarios nuevos y no de las renovaciones. Por lo tanto, al realizar la revisión del concepto No. 3.50 del Acta No. 2 de 2008, en el cual, el producto aprobado no coincide con el nombre del producto objeto del registro sanitario nuevo, y al no encontrar evidencia documental de que el solicitante haya allegado la documentación del producto "ID DiaClon Anti-D" ante la sala especializada en el año 2008, se emitió el respectivo requerimiento en el Auto No. 2024003288 de fecha 4 de marzo de 2024.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020467 de 8 de Mayo de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004 y Ley 1437 de 2011.

"(...) -El Invima no puede argüir que "no hay evidencia documental ante la sala en el año 2008". Cuando el reactivo ID DiaClon Anti-D ha tenido registro sanitario por 16 años amparado por el citado concepto de la sala. La carga de la prueba no puede estar con Biocientífica. El Invima tuvo y estudió la información técnica completa para todos los 192 reactivos amparados en los seis registros sanitarios vigentes.

-Biocientífica cumplió totalmente con el decreto 3770 y el estudio de la sala. De no haber sido así, esa sería la razón de la exigencia de independizar los registros, pero no lo fue, porque esta perfecto el concepto técnico.

-En síntesis, lo que nos exige el Invima es simple y sencillo, independice los reactivos que actualmente están agrupados en la presentación comercial y que cada uno tenga su registro. Tal cual lo han hecho las otras compañías que importan reactivos para Inmunohematología (...)"

En virtud de lo manifestado por el interesado, la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías elevó la consulta ante la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y reactivos de diagnóstico In Vitro, sobre la procedencia de mantener el concepto No. 3.50 del Acta No. 2 de 2008 para los 192 productos aprobados bajo la denominación: "Reactivos y Sueros para Inmunohematología Diamed". En ese contexto, la mencionada comisión evaluará el caso y dará el concepto en la próxima sesión del 15 de mayo de 2024.

No obstante, y teniendo en cuenta que en la respuesta al Auto de la referencia (señalado como punto No. 2), el interesado allega el Certificado de Venta Libre, emitido por la autoridad sanitaria de Francia, para el producto motivo de la solicitud, se considera que la respuesta es SATISFACTORIA, dando cumplimiento al artículo 1° del Decreto 581 de 2017.

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario, conforme al Decreto 3770 de 2004 y el Decreto 581 de 2017.

En consecuencia, la Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de CINCO (5) años a:

NOMBRE DEL REACTIVO	PRESENTACION Y COMPONENTES DEL KIT
ID DiaClon Anti-D	ID-DiaClon Anti-D 1 Vial x 5 ml / Vial x 10 ml

REGISTRO SANITARIO No.: **INVIMA 2024RD-0008694**
TIPO DE REGISTRO: **IMPORTAR Y VENDER**
TITULAR(ES): **BIOCIENTIFICA LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.**
FABRICANTE(S): **DIAMED GMBH con domicilio en SUIZA**
IMPORTADOR(ES): **BIOCIENTIFICA LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.**
ACONDICIONADOR(ES): **BIOCIENTIFICA LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.**
CATEGORÍA: **III**
ÁREA: **Bancos de Sangre y Laboratorio Clínico**
USO: **EL ID-DIACLON ANTI-D SE UTILIZA PARA CONFIRMAR LOS RESULTADOS RhD NEGATIVOS Y PARA LA CARACTERIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS VARIANTES D (D DÉBIL Y D PARCIAL).**

EXPEDIENTE No.: **20271690**
RADICACIÓN No.: **20241017191**

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020467 de 8 de Mayo de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004 y Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO. - Se aprueban las etiquetas aportadas en la solicitud de Registro Sanitario.

ARTICULO TERCERO. - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Dirección Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 8 días de Mayo de 2024
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: nneisac Revisó: cordina_varios