

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 2013024971 del 23 de agosto de 2013 el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2013DM-0010344 para el producto SISTEMAS DE PLACA PARA TOBILLO 3 DI E INSTRUMENTOS-ORTHOLOC a favor de WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante radicado No. 20231158159 de fecha 15 de junio de 2023 el doctor FABIO LEÓN ALZATE RODRÍGUEZ actuando en calidad de Representante Legal de la empresa: STRYKER COLOMBIA S.A.S. Solicito renovación del Registro Sanitario INVIMA 2013DM-0010344 para el producto: SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PIE Y TOBILLO ORTHOLOC - SISTEMA DE PLACAS, TORNILLOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE PIE Y TOBILLO en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante auto No. 2023012477 del 21 de noviembre de 2023 el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Se solicita aportar declaración emitida por el fabricante en la que se aclare el nombre del producto y nombre genérico siendo este descriptivo al mismo, toda vez que en el CVL aportado folios (14-51) y declaraciones de conformidad folios (83 a 105) se evidencian varios nombres, lo cual no son coincidentes con lo descrito en el formulario para este trámite, acorde a lo anterior se debe realizar corrección del formulario, de ser necesario lo anterior teniendo en cuenta el artículo 18 literal i) del Decreto 4725 de 2005.*
2. *Una vez verificada la información diligenciada en el formulario en las indicaciones de uso en los folios aportados Descripción del producto folios (55 a 73), en donde se evidencian diferentes indicaciones de uso folio (58,63, 65, 69-70), información que no es coincidente con la descrita en el formulario, dicho lo anterior se solicita aportar una indicación de uso de manera general emitida por el fabricante anexando la documentación (folios) en donde se evidencie esta información la cual debe ser acorde a la descrita en el formulario.*
3. *Anexar formulario corregido en el sentido ajustar los componentes y la composición cualitativa acorde a sus componentes o partes y el material específico de fabricación o composición para cada una, lo anterior se solicita ya que no se describieron todos los componente del producto, los cuales se evidencia en los folios (55, 59, 62, 66, 70) acorde a lo anterior se deben diligenciarse en el formulario de la siguiente manera ejemplo: Componente: Placas Composición: Acero inoxidable, Polietileno de peso molecular ultraelevado UHWPE, PEEK poli-eter-cetona Componente: instrumental; Composición: acero inoxidable, titanio; Componente: Guías Composición: acero inoxidable; Componente :Brocas, Composición: Aleación de titanio; Componente: Tornillos Composición: Cromo-cobalto acero inoxidable etc.. Cabe señalar, que si se relacionan componentes (materiales) diferentes a los relacionados en el formulario se deben aportar las pruebas de biocompatibilidad para dichos materiales, acorde al artículo 18 literal c) del decreto 4725 de 2005.*
4. *Teniendo en cuenta el punto 3 del presente auto se debe aportar la información (folios) donde se encuentre los componentes y Composición del producto*
5. *Realizar corrección del formulario en el campo las presentaciones comerciales teniendo en cuenta que en este se debe registrar número de unidades/contenido, por empaque/ envase como el fabricante y/o importador comercializan el producto al mercado, lo anterior ya que se describe en el formulario: "En embalaje individual de cada referencia de implante y embalaje unitario de cada referencia de instrumental o presentación en caja estéril de instrumental" se*

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

deberá solo describir en el formulario: UNIDAD y SET (Instrumental) toda vez que se evidencian la presentación comercial SET, la cual no fue descrita en el formulario, por lo anterior se debe describirse la composición de este SET ejemplo: (1 Guía, 3 Clamps, destornillador etc.).

6. Una vez verificado el Item de referencias se evidencian referencias son estériles y no estériles se solicita describir y aclarar cuál es la vida útil para las referencias estériles y cual para las no estériles (si aplica) en el Item de observaciones del formulario
7. Acorde al punto 1 del presente auto se solicita Aportar Sticker de importador folio (142), teniendo en cuenta el nombre del producto, nombre y dirección del importado, Registro sanitario acorde al artículo 18 literal g) del decreto 4725 de 2005

Que mediante escrito número No. 20241089704 de 15 de abril de 2024. el doctor FABIO LEÓN ALZATE RODRÍGUEZ actuando en calidad de Representante Legal de la empresa: STRYKER COLOMBIA S.A.S. aporta respuesta al requerimiento No. 2023012477 del 21 de noviembre de 2023.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de una Renovación del Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la concesión de éste, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento No. 2023012477 del 21 de noviembre de 2023, por cuanto:

Para dar cumplimiento al punto (1) anexa la Declaración del fabricante con el nombre comercial y el nombre genérico del dispositivo sistema ORTHOLOC. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (2) Aporta formulario corregido en las indicaciones de uso. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (3) Anexa formulario corregido en los componentes y composición, Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (4) Aporta la información (folios) donde se encuentre los componentes y Composición del producto Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (5) el usuario indica que se acoge la recomendación de poner la presentación UNITARIA de cada referencia del Implante.

Para dar cumplimiento al punto (6). Anexa declaración del fabricante en donde se aclarará la vida útil para las referencias estériles es de 8 años y para las no estériles N/A. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (7). Adjunta Sticker de importador corregido. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Es de aclarar que, aunque en el formulario se describió en las presentaciones comerciales: “En embalaje individual de cada referencia de implante y embalaje unitario del instrumental en caja no estéril” se aprueba únicamente: UNIDAD POR IMPLANTE y SET (Instrumental) NO ESTERIL.

Por otra parte, es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: Registro Sanitario No. **INVIMA 2024DM-0010344-R1** so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

“Artículo 65. Competencia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.(...)”.

Por tanto, se encuentran acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017 para acceder a la petición, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO: SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PIE Y TOBILLO ORTHOLOC/ SISTEMA DE PLACAS, TORNILLOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE PIE Y TOBILLO

MARCAS: ORTHOLOC / WRIGHT MEDICAL / STRYKER

REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2024DM-0010344-R1

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR: STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA D.C

FABRICANTES: WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS

WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS

IMPORTADOR: STRYKER COLOMBIA S.A.S con domicilio en BOGOTA D.C

ACONDICIONADOR: BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L. LTDA con domicilio en COTA - CUNDINAMARCA

TIPO DE DISPOSITIVO INVASIVO

RIESGO: IIb

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Placas y Tornillos	Aleación de titanio conforme a ASTM F136 o ISO 5832-3
Instrumental	Acero Inoxidable Grado Médico 1.4441

USOS: EL SISTEMA DE PLACAS DE FUSIÓN DE TOBILLO ORTHOLOC CONTIENE PLACAS QUE PERTENECEN A UNA DE TRES CATEGORÍAS GENERALES (ANTERIOR, LATERAL Y POSTERIOR) EN FUNCIÓN DEL CONTORNO DE CADA PLACA Y DEL ABORDAJE QUIRÚRGICO QUE SE VAYA A UTILIZAR. TODAS LAS PLACAS INCORPORAN AGUJEROS PARA TORNILLOS BLOQUEANTES POLIAXIALES Y UNA O DOS RANURAS DE COMPRESIÓN. LAS PLACAS ESTÁN FABRICADAS CON DE ALEACIÓN DE TITANIO Y ADMITEN TORNILLOS BLOQUEANTES ORTHOLOC Y ORTHOLOC 3DI.

EL SISTEMA DE PLACAS DE FUSIÓN DE TOBILLO ORTHOLOC 3DI ESTÁ CONCEBIDO PARA FACILITAR LA ARTRODESIS DEL TOBILLO (INCLUIDAS LAS ARTICULACIONES TIBIOTALOCALCÁNEA Y TIBIOASTRAGALINA) Y LAS ARTRODESIS TIBIOCALCÁNEAS, JUNTO CON OSTEOTOMÍAS Y FRACTURAS DE LA TIBIA DISTAL, EL ASTRÁGALO Y EL CALCÁNEO.

LOS TORNILLOS ÓSEOS ORTHOLOC™ SON TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO O CORTICAL CON ROSCA TOTAL O PARCIAL, QUE SE OFRECEN EN DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES. LOS TORNILLOS ÓSEOS

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ORTHOLOC SE COMERCIALIZAN COMO SÓLIDOS O CANULADOS. TODOS LOS TORNILLOS ESTÁN HECHOS DE ALEACIÓN DE TITANIO. LOS IMPLANTES SON DISPOSITIVOS PARA UN SOLO USO. ESTÁN INDICADOS PARA SU USO EN RECONSTRUCCIÓN ÓSEA, OSTEOTOMÍA, ARTRODESIS, FUSIÓN ARTICULAR, REPARACIÓN DE FRACTURAS, Y FIJACIÓN DE FRACTURAS DE HUESOS DE TAMAÑO ADECUADO PARA EL DISPOSITIVO

PRESENTACIONES

COMERCIALES:

OBSERVACIONES:

UNIDAD POR IMPLANTE y SET (Instrumental) NO ESTERIL.

ESTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS Y/O MODELOS:

Código, Modelo o Referencia	Descripción
24900019	LOCON-T QUICK CONNECT HANDLE
24900020	LOCON-T MINI SCREW DEPTH GAGE
40120028	CLAW RATCHETING DRVR HANDLE CHARLOTTE F&A SYSTEM
40140015	CLAW 3.5MM SCREW GRIPPER CHARLOTTE F&A SYSTEM
40250010	CLAW II PLATE TACK
41112017	AO QUICK CONNECT CANNULATED CHARLOTTE F&A SYSTEM
44112008	SINGLE TROCAR WIRE 1.6X150MM CHARLOTTE F&A SYSTEM
49510005	EVOLVE EPS PLATE CUTTER
49510010	EVOLVE EPS BONE FORCEP LARGE
52021130	DRILL BIT 1.3MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
52021160	DRILL BIT 1.6MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
52022230	LOCKING DRILL GUIDE 1.3MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
52022260	LOCKING DRILL GUIDE 1.6MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
56010228	JONES K-WIRE 228MM CHARLOTTE F&A SYSTEM
58130000	EVANS OPENING WEDGE PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58130006	EVANS OPENING WEDGE PLATE 6MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58130008	EVANS OPENING WEDGE PLATE 8MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58130010	EVANS OPENING WEDGE PLATE 10MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58140000	COTTON WEDGE PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58140045	COTTON WEDGE PLATE 4.5MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58140055	COTTON WEDGE PLATE 5.5MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58140065	COTTON WEDGE PLATE 6.5MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58150001	MEDIAL COLUMN FUSION PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58150002	MEDIAL COLUMN FUSION PLATE MD ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58150003	MEDIAL COLUMN FUSION PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58160001	N/C FUSION PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58160003	N/C FUSION PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58180000	MIDFOOT FUSION STRAIGHT PLATE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58190006	SHIFT FIX MD CO PLATE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58190016	SHIFT FIX DISPLACEMENT INSERTR ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58190017	SHIFT FIX INSERTER ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58190018	SHIFT FIX CUTTING GUIDE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58410001	FIRST RAY PLATE SMALL ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58410002	FIRST RAY PLATE MEDIUM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58510000	LAPIDUS PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58510001	LAPIDUS PLATE 1MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58510002	LAPIDUS PLATE 2MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58510003	LAPIDUS PLATE 3MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58510004	LAPIDUS PLATE 4MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58610000	BOW PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58610002	BOW PLATE 2MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58610003	BOW PLATE 3MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58610004	BOW PLATE 4MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58610005	BOW PLATE 5MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802710	LOCKING LG HD SCREW 2.7X10MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
58802712	LOCKING LG HD SCREW 2.7X12MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802714	LOCKING LG HD SCREW 2.7X14MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802716	LOCKING LG HD SCREW 2.7X16MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802718	LOCKING LG HD SCREW 2.7X18MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802720	LOCKING LG HD SCREW 2.7X20MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802722	LOCKING LG HD SCREW 2.7X22MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802724	LOCKING LG HD SCREW 2.7X24MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802726	LOCKING LG HD SCREW 2.7X26MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802728	LOCKING LG HD SCREW 2.7X28MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58802730	LOCKING LG HD SCREW 2.7X30MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803510	LOCKING SCREW 3.5 X 10MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803512	LOCKING SCREW 3.5 X 12MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803514	LOCKING SCREW 3.5 X 14MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803516	LOCKING SCREW 3.5 X 16MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803518	LOCKING SCREW 3.5 X 18MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803520	LOCKING SCREW 3.5 X 20MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803522	LOCKING SCREW 3.5 X 22MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803524	LOCKING SCREW 3.5 X 24MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803526	LOCKING SCREW 3.5 X 26MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803528	LOCKING SCREW 3.5 X 28MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803530	LOCKING SCREW 3.5 X 30MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803532	LOCKING SCREW 3.5 X 32MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803534	LOCKING SCREW 3.5 X 34MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58803536	LOCKING SCREW 3.5 X 36MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803538	LOCKING SCREW 3.5 X 38MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803540	LOCKING SCREW 3.5 X 40MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803542	LOCKING SCREW 3.5 X 42MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803544	LOCKING SCREW 3.5 X 44MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803546	LOCKING SCREW 3.5 X 46MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803548	LOCKING SCREW 3.5 X 48MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803550	LOCKING SCREW 3.5 X 50MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803555	LOCKING SCREW 3.5 X 55MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58803560	LOCKING SCREW 3.5 X 60MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58810035	DRILL GUIDE 2.5MM INSERT 3.5MM OD
58812710	LOW PRO CORT SCREW 2.7X10MM ORTHOLOC SYSTEM
58812712	LOW PRO CORT SCREW 2.7X12MM ORTHOLOC SYSTEM
58812714	LOW PRO CORT SCREW 2.7X14MM ORTHOLOC SYSTEM
58812716	LOW PRO CORT SCREW 2.7X16MM ORTHOLOC SYSTEM
58812718	LOW PRO CORT SCREW 2.7X18MM ORTHOLOC SYSTEM
58812720	LOW PRO CORT SCREW 2.7X20MM ORTHOLOC SYSTEM
58812722	LOW PRO CORT SCREW 2.7X22MM ORTHOLOC SYSTEM
58812724	LOW PRO CORT SCREW 2.7X24MM ORTHOLOC SYSTEM
58812726	LOW PRO CORT SCREW 2.7X26MM ORTHOLOC SYSTEM
58812728	LOW PRO CORT SCREW 2.7X28MM ORTHOLOC SYSTEM
58812730	LOW PRO CORT SCREW 2.7X30MM ORTHOLOC SYSTEM
58813510	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 10MM ORTHOLOC SYSTEM
58813512	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 12MM ORTHOLOC SYSTEM
58813514	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 14MM ORTHOLOC SYSTEM
58813516	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 16MM ORTHOLOC SYSTEM
58813518	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 18MM ORTHOLOC SYSTEM
58813520	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM
58813522	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 22MM ORTHOLOC SYSTEM
58813524	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 24MM ORTHOLOC SYSTEM
58813526	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 26MM ORTHOLOC SYSTEM
58813528	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 28MM ORTHOLOC SYSTEM
58813530	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 30MM ORTHOLOC SYSTEM
58813532	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 32MM ORTHOLOC SYSTEM
58813534	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 34MM ORTHOLOC SYSTEM
58813536	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 36MM ORTHOLOC SYSTEM
58813538	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 38MM ORTHOLOC SYSTEM
58813540	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 40MM ORTHOLOC SYSTEM

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58813542	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 42MM ORTHOLOC SYSTEM
58813544	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 44MM ORTHOLOC SYSTEM
58813546	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 46MM ORTHOLOC SYSTEM
58813548	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 48MM ORTHOLOC SYSTEM
58813550	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 50MM ORTHOLOC SYSTEM
58813555	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 55MM ORTHOLOC SYSTEM
58813560	LOW-PRO CORT SCREW 3.5 X 60MM ORTHOLOC SYSTEM
58820006	TEMP FIXATION PIN 1.1MM SMALL NON-THREADED PLATE TACKS
58820024	TEMP FIXATION PIN 1.4MM LG
58850020	DRILL BIT 2.0MM X 24MM
58850025	DRILL BIT 2.5MM X 60MM
58850028	DRILL BIT 2.8MM X 60MM
58850030	DRILL BIT 3.0MM X 60MM CANN
58850035	DRILL BIT 3.5MM X 60MM
58850040	DRILL BIT 4.0MM X 60MM
58862515	K-WIRE 2.5MM X 150MM
58870000	K-WIRE GUIDE 1.4MM
58870002	COUNTERSINK 6MM SOLID
58870003	THREADED BENDING IRON ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58870004	SCREW GRIPPER ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58870040	DRILL GUIDE 2.5MM INSERT 4.0MM OD
58870140	DRILL GUIDE 2.8MM INSERT 4.0MM OD
58871010	RATCHETING DRIVER HANDLE MEDIUM
58871012	TORQUE LIMITING DRIVER HANDLE CALIBRATION 290 NCM
58871440	TISSUE PROTECTOR 1.4 / 4.0
58872025	DRILL GUIDE 2.0 / 2.5 W/ TEETH NON LOCKING
58872028	POLY LOCKING DRILL GUIDE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58872030	LOCKING 2.0MM DRILL GUIDE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58872031	SLOTTED PLATE BENDER ORTHOLOC 3DI ANKLE FX SYSTEM
58872560	LOCKING 2.8MM DRILL GUIDE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58872830	DRILL GUIDE 2.8 / 3.0 NON LOCKING
58873540	DRILL GUIDE 3.5 / 4.0 NON LOCKING
58880006	STRAIGHT TUBULAR PLATE 6 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58880007	STRAIGHT TUBULAR PLATE 7 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58880008	STRAIGHT TUBULAR PLATE 8 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58880010	STRAIGHT TUBULAR PLATE 10 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58880012	STRAIGHT TUBULAR PLATE 12 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58880014	STRAIGHT TUBULAR PLATE 14 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58880020	DRILL BIT 2.0MM X 30MM
58880060	TUBULAR PLATE CADDIE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58883010	SYNDESOSIS PLATE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58884060	UNIVERSAL PLATE 6 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58884080	UNIVERSAL PLATE 8 HOLE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58885010	MEDIAL MALLEOLAR PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58885030	MEDIAL MALLEOLAR PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58886010	ANTERIOR TIBIA DELTA PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58886030	ANTERIOR TIBIA DELTA PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58889000	POSTERIOR TIB PLATE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58890116	MTP CUP REAMER 16MM GEN 2 455 SS
58890118	MTP CUP REAMER 18MM GEN 2 455 SS
58890120	MTP CUP REAMER 20MM GEN 2 455 SS
58890122	MTP CUP REAMER 22MM GEN 2 455 SS
58890216	MTP CONE REAMER 16MM GEN 2 455 SS
58890218	MTP CONE REAMER 18MM GEN 2 455 SS
58890220	MTP CONE REAMER 20MM GEN 2 455 SS
58890222	MTP CONE REAMER 22MM GEN 2 455 SS
58913510	CORTICAL SCREW FULL 3.5X10MM ORTHOLOC SYSTEM
58913512	CORTICAL SCREW FULL 3.5X12MM ORTHOLOC SYSTEM
58913514	CORTICAL SCREW FULL 3.5X14MM ORTHOLOC SYSTEM
58913516	CORTICAL SCREW FULL 3.5X16MM ORTHOLOC SYSTEM
58913518	CORTICAL SCREW FULL 3.5X18MM ORTHOLOC SYSTEM
58913520	CORTICAL SCREW FULL 3.5X20MM ORTHOLOC SYSTEM
58913522	CORTICAL SCREW FULL 3.5X22MM ORTHOLOC SYSTEM
58913524	CORTICAL SCREW FULL 3.5X24MM ORTHOLOC SYSTEM
58913526	CORTICAL SCREW FULL 3.5X26MM ORTHOLOC SYSTEM
58913528	CORTICAL SCREW FULL 3.5X28MM ORTHOLOC SYSTEM
58913530	CORTICAL SCREW FULL 3.5X30MM ORTHOLOC SYSTEM
58913532	CORTICAL SCREW FULL 3.5X32MM ORTHOLOC SYSTEM
58913534	CORTICAL SCREW FULL 3.5X34MM ORTHOLOC SYSTEM
58913536	CORTICAL SCREW FULL 3.5X36MM ORTHOLOC SYSTEM
58913538	CORTICAL SCREW FULL 3.5X38MM ORTHOLOC SYSTEM
58913540	CORTICAL SCREW FULL 3.5X40MM ORTHOLOC SYSTEM
58913542	CORTICAL SCREW FULL 3.5X42MM ORTHOLOC SYSTEM
58913544	CORTICAL SCREW FULL 3.5X44MM ORTHOLOC SYSTEM
58913546	CORTICAL SCREW FULL 3.5X46MM ORTHOLOC SYSTEM
58913548	CORTICAL SCREW FULL 3.5X48MM ORTHOLOC SYSTEM

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58913550	CORTICAL SCREW FULL 3.5X50MM ORTHOLOC SYSTEM
58913555	CORTICAL SCREW FULL 3.5X55MM ORTHOLOC SYSTEM
58913560	CORTICAL SCREW FULL 3.5X60MM ORTHOLOC SYSTEM
58924024	CORTICAL SCREW FULL 4.0X24MM ORTHOLOC SYSTEM
58924026	CORTICAL SCREW FULL 4.0X26MM ORTHOLOC SYSTEM
58924028	CORTICAL SCREW FULL 4.0X28MM ORTHOLOC SYSTEM
58924030	CORTICAL SCREW FULL 4.0X30MM ORTHOLOC SYSTEM
58924035	CORTICAL SCREW FULL 4.0X35MM ORTHOLOC SYSTEM
58924040	CORTICAL SCREW FULL 4.0X40MM ORTHOLOC SYSTEM
58924045	CORTICAL SCREW FULL 4.0X45MM ORTHOLOC SYSTEM
58924050	CORTICAL SCREW FULL 4.0X50MM ORTHOLOC SYSTEM
58924055	CORTICAL SCREW FULL 4.0X55MM ORTHOLOC SYSTEM
58924060	CORTICAL SCREW FULL 4.0X60MM ORTHOLOC SYSTEM
58934012	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X12MM ORTHOLOC SYSTEM
58934014	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X14MM ORTHOLOC SYSTEM
58934016	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X16MM ORTHOLOC SYSTEM
58934018	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X18MM ORTHOLOC SYSTEM
58934020	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X20MM ORTHOLOC SYSTEM
58934022	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X22MM ORTHOLOC SYSTEM
58934024	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X24MM ORTHOLOC SYSTEM
58934026	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X26MM ORTHOLOC SYSTEM
58934028	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X28MM ORTHOLOC SYSTEM
58934030	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X30MM ORTHOLOC SYSTEM
58934035	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X35MM ORTHOLOC SYSTEM
58934040	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X40MM ORTHOLOC SYSTEM
58934045	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X45MM ORTHOLOC SYSTEM
58934050	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X50MM ORTHOLOC SYSTEM
58934055	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X55MM ORTHOLOC SYSTEM
58934060	CANCELLOUS SCREW FULL 4.0X60MM ORTHOLOC SYSTEM
58944020	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X20MM ORTHOLOC SYSTEM
58944022	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X22MM ORTHOLOC SYSTEM
58944024	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X24MM ORTHOLOC SYSTEM
58944026	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X26MM ORTHOLOC SYSTEM
58944028	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X28MM ORTHOLOC SYSTEM
58944030	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X30MM ORTHOLOC SYSTEM
58944035	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X35MM ORTHOLOC SYSTEM
58944040	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X40MM ORTHOLOC SYSTEM
58944045	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X45MM ORTHOLOC SYSTEM

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58944050	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X50MMORTHOLOC SYSTEM
58944055	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X55MMORTHOLOC SYSTEM
58944060	CANCELLOUS SCREW PART 4.0X60MMORTHOLOC SYSTEM
59202010	LATERAL TT FUSION PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59202030	LATERAL TT FUSION PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59204010	POSTERIOR TT FUSION PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59204030	POSTERIOR TT FUSION PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59205010	POSTERIOR TTC FUSION PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59205030	POSTERIOR TTC FUSION PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214520	LOCKING SCREW 4.5 X 20MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214522	LOCKING SCREW 4.5 X 22MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214524	LOCKING SCREW 4.5 X 24MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214526	LOCKING SCREW 4.5 X 26MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214528	LOCKING SCREW 4.5 X 28MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214530	LOCKING SCREW 4.5 X 30MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214532	LOCKING SCREW 4.5 X 32MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214534	LOCKING SCREW 4.5 X 34MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214535	LOCKING SCREW 4.5 X 35MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214536	LOCKING SCREW 4.5 X 36MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214538	LOCKING SCREW 4.5 X 38MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214540	LOCKING SCREW 4.5 X 40MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214545	LOCKING SCREW 4.5 X 45MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214550	LOCKING SCREW 4.5 X 50MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214555	LOCKING SCREW 4.5 X 55MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59214560	LOCKING SCREW 4.5 X 60MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215520	LOCKING SCREW 5.5 X 20MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215522	LOCKING SCREW 5.5 X 22MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215524	LOCKING SCREW 5.5 X 24MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215526	LOCKING SCREW 5.5 X 26MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215528	LOCKING SCREW 5.5 X 28MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215530	LOCKING SCREW 5.5 X 30MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215532	LOCKING SCREW 5.5 X 32MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215534	LOCKING SCREW 5.5 X 34MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215536	LOCKING SCREW 5.5 X 36MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215538	LOCKING SCREW 5.5 X 38MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215540	LOCKING SCREW 5.5 X 40MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215545	LOCKING SCREW 5.5 X 45MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215550	LOCKING SCREW 5.5 X 50MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
59215555	LOCKING SCREW 5.5 X 55MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59215560	LOCKING SCREW 5.5 X 60MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59224520	CORTICAL SCREW 4.5 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM
59224522	CORTICAL SCREW 4.5 X 22MM ORTHOLOC SYSTEM
59224524	CORTICAL SCREW 4.5 X 24MM ORTHOLOC SYSTEM
59224526	CORTICAL SCREW 4.5 X 26MM ORTHOLOC SYSTEM
59224528	CORTICAL SCREW 4.5 X 28MM ORTHOLOC SYSTEM
59224530	CORTICAL SCREW 4.5 X 30MM ORTHOLOC SYSTEM
59224532	CORTICAL SCREW 4.5 X 32MM ORTHOLOC SYSTEM
59224534	CORTICAL SCREW 4.5 X 34MM ORTHOLOC SYSTEM
59224536	CORTICAL SCREW 4.5 X 36MM ORTHOLOC SYSTEM
59224538	CORTICAL SCREW 4.5 X 38MM ORTHOLOC SYSTEM
59224540	CORTICAL SCREW 4.5 X 40MM ORTHOLOC SYSTEM
59224545	CORTICAL SCREW 4.5 X 45MM ORTHOLOC SYSTEM
59224550	CORTICAL SCREW 4.5 X 50MM ORTHOLOC SYSTEM
59224555	CORTICAL SCREW 4.5 X 55MM ORTHOLOC SYSTEM
59224560	CORTICAL SCREW 4.5 X 60MM ORTHOLOC SYSTEM
59225520	CORTICAL SCREW 5.5 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM
59225522	CORTICAL SCREW 5.5 X 22MM ORTHOLOC SYSTEM
59225524	CORTICAL SCREW 5.5 X 24MM ORTHOLOC SYSTEM
59225526	CORTICAL SCREW 5.5 X 26MM ORTHOLOC SYSTEM
59225528	CORTICAL SCREW 5.5 X 28MM ORTHOLOC SYSTEM
59225530	CORTICAL SCREW 5.5 X 30MM ORTHOLOC SYSTEM
59225532	CORTICAL SCREW 5.5 X 32MM ORTHOLOC SYSTEM
59225534	CORTICAL SCREW 5.5 X 34MM ORTHOLOC SYSTEM
59225536	CORTICAL SCREW 5.5 X 36MM ORTHOLOC SYSTEM
59225538	CORTICAL SCREW 5.5 X 38MM ORTHOLOC SYSTEM
59225540	CORTICAL SCREW 5.5 X 40MM ORTHOLOC SYSTEM
59225545	CORTICAL SCREW 5.5 X 45MM ORTHOLOC SYSTEM
59225550	CORTICAL SCREW 5.5 X 50MM ORTHOLOC SYSTEM
59225555	CORTICAL SCREW 5.5 X 55MM ORTHOLOC SYSTEM
59225560	CORTICAL SCREW 5.5 X 60MM ORTHOLOC SYSTEM
59240000	WASHER 4.5 / 5.5MM SCREWS ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250010	PLATE BENDER ORTHOLOC SYSTEM
59250020	DRILL GUIDE POLYAX 3.0 / 3.8MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250025	DRILL GUIDE NON LOCK 3.0/3.8MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250030	DRILL BIT 3.0MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250038	DRILL BIT 3.8MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
59250050	TEMP FIX PIN 2.0MM THREADED ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250060	TARGETING GUIDE LATERAL PLATE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250061	TROCAR LAT TARGETING GUIDE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250075	CASE ASSEM ANKLE FUSION PLATE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250080	DRIVER HANDLE AO RATCHETING ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250090	DRIVER STAR 20 RETAINING ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250095	DRIVER STAR 20 STRAIGHT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250100	DEPTH GAUGE ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250130	DRILL GUIDE THREADED 3.0MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
59250138	DRILL GUIDE THREADED 3.8MM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5201000100	LESS MET L PLATE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201000204	LESS MET T PLATE 7 HOLE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201000206	LESS MET T PLATE 6 HOLE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201000303	LESS MET STRAIGHT PLT 3 HOLE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201000304	LESS MET STRAIGHT PLT 4 HOLE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201000306	LESS MET STRAIGHT PLT 6 HOLE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201000503	RAY 1ST PLATE 4 HOLE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201000504	AKIN PLATE 3 HOLE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201020008	TI LOCK SCREW 2.0 X 8MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201020010	TI LOCK SCREW 2.0 X 10MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201020012	TI LOCK SCREW 2.0 X 12MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201020014	TI LOCK SCREW 2.0 X 14MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201020016	TI LOCK SCREW 2.0 X 16MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201020018	TI LOCK SCREW 2.0 X 18MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201020020	TI LOCK SCREW 2.0 X 20MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024008	TI LOCK SCREW 2.4 X 8MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024010	TI LOCK SCREW 2.4 X 10MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024012	TI LOCK SCREW 2.4 X 12MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024014	TI LOCK SCREW 2.4 X 14MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024016	TI LOCK SCREW 2.4 X 16MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024018	TI LOCK SCREW 2.4 X 18MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024020	TI LOCK SCREW 2.4 X 20MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024022	TI LOCK SCREW 2.4 X 22MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024024	TI LOCK SCREW 2.4 X 24MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024026	TI LOCK SCREW 2.4 X 26MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024028	TI LOCK SCREW 2.4 X 28MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201024030	TI LOCK SCREW 2.4 X 30MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201120008	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 8MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
5201120010	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 10MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201120012	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 12MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201120014	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 14MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201120016	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 16MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201120018	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 18MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201120020	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 20MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124008	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 8MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124010	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 10MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124012	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 12MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124014	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 14MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124016	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 16MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124018	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 18MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124020	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 20MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124022	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 22MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124024	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 24MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124026	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 26MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124028	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 28MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5201124030	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 30MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5202000002	SCREW 2.0/2.4 GRIPPER ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5202000008	BONE FRAGMENT PICK
5202000016	DRIVER STAR 7 ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5202000100	TRAY ASSEMBLY 2.0 / 2.4 SYSTEM
5202000120	PLATE SCREW CADDY 2.0 / 2.4 ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5202000140	PLATE CADDY 2.0 / 2.4 ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5202012024	NON LOCK 2.0/2.4 DRILL GUIDE ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5272000002	PLATE 2.7 BENDERS
5272000008	OPENING WEDGE SPREADER
5351035020	TI LOCK SCREW 3.5 X 20MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035022	TI LOCK SCREW 3.5 X 22MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035024	TI LOCK SCREW 3.5 X 24MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035026	TI LOCK SCREW 3.5 X 26MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035028	TI LOCK SCREW 3.5 X 28MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035030	TI LOCK SCREW 3.5 X 30MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035032	TI LOCK SCREW 3.5 X 32MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035034	TI LOCK SCREW 3.5 X 34MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035036	TI LOCK SCREW 3.5 X 36MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035038	TI LOCK SCREW 3.5 X 38MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035040	TI LOCK SCREW 3.5 X 40MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
5351035042	TI LOCK SCREW 3.5 X 42MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035044	TI LOCK SCREW 3.5 X 44MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035046	TI LOCK SCREW 3.5 X 46MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035048	TI LOCK SCREW 3.5 X 48MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351035050	TI LOCK SCREW 3.5 X 50MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135020	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 20MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135022	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 22MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135024	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 24MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135026	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 26MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135028	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 28MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135030	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 30MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135032	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 32MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135034	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 34MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135036	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 36MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135038	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 38MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135040	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 40MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135042	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 42MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135044	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 44MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135046	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 46MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135048	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 48MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5351135050	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 50MM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5361002000	CLC FRAC PLATE TAB X-SM / SM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5361004001	CLC FRAC PLATE TAB MED ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5361004002	CLC FRAC PLATE TAB LG ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5361006001	CLC FRAC PLATE PERIMETER SM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5361006002	CLC FRAC PLATE PERIMETER LG ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5362000002	STRAIGHT ELEVATOR
5362000004	CURVED ELEVATOR
5362000006	BONE TAMP 10MM
5362000012	LOCKING 2.5 DRILL GUIDE
5362000014	POLYAXIAL 2.5 DRILL GUIDE
5362000016	DRILL BIT 2.5MM
5362000110	DRIVER STAR 10
5362000120	IMPLANT CADDY CALC FX ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5362000130	PLATE SCREW CADDY CALC FX ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5362000140	HEADED SCREW CADDY CALC FX ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5362000160	DEPTH GAUGE 60MM
5362000170	TRAY ASSEMBLY CALC FX

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
5882000015	DRILL BIT SOLID 2.0MM X 30MM
5882000040	REDUCTION FORCEPS SERRATED
5882000045	REDUCTION FORCEPS POINTED
5882000050	MALLEOLAR REDUCTION FORCEPS
5882000055	VERBRUGGE CLAMP
5882000060	PLATE BENDING IRONS
5882000070	CASE ASSY ANKLE FRX SYSTEM ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5882000080	REDUCTION FORCEPS PNT/SERRATED
520S000100	LESS MET L PLATE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S000204	LESS MET T PLATE 7 HOLE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S000206	LESS MET T PLATE 6 HOLE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S000303	LESS MET STRAIGHT PLT 3 HOLE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S000304	LESS MET STRAIGHT PLT 4 HOLE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S000306	LESS MET STRAIGHT PLT 6 HOLE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S000503	RAY 1ST PLATE 4 HOLE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S000504	AKIN PLATE 3 HOLE ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S020008	TI LOCK SCREW 2.0 X 8MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S020010	TI LOCK SCREW 2.0 X 10MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S020012	TI LOCK SCREW 2.0 X 12MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S020014	TI LOCK SCREW 2.0 X 14MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S020016	TI LOCK SCREW 2.0 X 16MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S020018	TI LOCK SCREW 2.0 X 18MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S020020	TI LOCK SCREW 2.0 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024008	TI LOCK SCREW 2.4 X 8MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024010	TI LOCK SCREW 2.4 X 10MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024012	TI LOCK SCREW 2.4 X 12MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024014	TI LOCK SCREW 2.4 X 14MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024016	TI LOCK SCREW 2.4 X 16MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024018	TI LOCK SCREW 2.4 X 18MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024020	TI LOCK SCREW 2.4 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024022	TI LOCK SCREW 2.4 X 22MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024024	TI LOCK SCREW 2.4 X 24MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024026	TI LOCK SCREW 2.4 X 26MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024028	TI LOCK SCREW 2.4 X 28MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S024030	TI LOCK SCREW 2.4 X 30MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S120008	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 8MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S120010	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 10MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S120012	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 12MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
520S120014	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 14MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S120016	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 16MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S120018	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 18MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S120020	TI NON LOCK SCREW 2.0 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124008	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 8MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124010	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 10MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124012	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 12MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124014	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 14MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124016	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 16MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124018	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 18MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124020	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124022	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 22MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124024	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 24MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124026	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 26MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124028	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 28MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
520S124030	TI NON LOCK SCREW 2.4 X 30MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035020	TI LOCK SCREW 3.5 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035022	TI LOCK SCREW 3.5 X 22MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035024	TI LOCK SCREW 3.5 X 24MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035026	TI LOCK SCREW 3.5 X 26MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035028	TI LOCK SCREW 3.5 X 28MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035030	TI LOCK SCREW 3.5 X 30MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035032	TI LOCK SCREW 3.5 X 32MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035034	TI LOCK SCREW 3.5 X 34MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035036	TI LOCK SCREW 3.5 X 36MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035038	TI LOCK SCREW 3.5 X 38MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035040	TI LOCK SCREW 3.5 X 40MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035042	TI LOCK SCREW 3.5 X 42MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035044	TI LOCK SCREW 3.5 X 44MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035046	TI LOCK SCREW 3.5 X 46MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035048	TI LOCK SCREW 3.5 X 48MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S035050	TI LOCK SCREW 3.5 X 50MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135020	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 20MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135022	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 22MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135024	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 24MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135026	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 26MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135028	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 28MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135030	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 30MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
535S135032	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 32MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135034	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 34MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135036	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 36MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135038	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 38MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135040	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 40MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135042	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 42MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135044	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 44MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135046	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 46MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135048	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 48MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
535S135050	TI NON LOCK SCREW 3.5 X 50MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
536S002000	CLC FRAC PLATE TAB XSM / SM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
536S004001	CLC FRAC PLATE TAB MED ORTHOLOC SYSTEM STERILE
536S004002	CLC FRAC PLATE TAB LG ORTHOLOC SYSTEM STERILE
536S006001	CLC FRAC PLATE PERIMETER SM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
536S006002	CLC FRAC PLATE PERIMETER LG ORTHOLOC SYSTEM STERILE
5817001L	MIDFOOT FUSION U-PLATE SM LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5817001R	MIDFOOT FUSION U-PLATE SM RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5817002L	MIDFOOT FUSION U-PLATE MD LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5817002R	MIDFOOT FUSION U-PLATE MD RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5817003L	MIDFOOT FUSION U-PLATE LG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5817003R	MIDFOOT FUSION U-PLATE LG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5818001L	MIDFOOT FUSION T-PLATE LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5818001R	MIDFOOT FUSION T-PLATE RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
584S0001	FIRST RAY PLATE SMALL ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
584S0002	FIRST RAY PLATE MEDIUM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
584T0001	FIRST RAY PLATE TRIAL SMALL ORTHOLOC 3DI HALLUX
584T0002	FIRST RAY PLATE TRIAL MEDIUM ORTHOLOC 3DI HALLUX
585S0000	LAPIDUS PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
585S0001	LAPIDUS PLATE 1MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
585S0002	LAPIDUS PLATE 2MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
585S0003	LAPIDUS PLATE 3MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
585S0004	LAPIDUS PLATE 4MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
585T0000	LAPIDUS PLATE TRIAL 0 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
585T0001	LAPIDUS PLATE TRIAL 1 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
585T0002	LAPIDUS PLATE TRIAL 2 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
585T0003	LAPIDUS PLATE TRIAL 3 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
585T0004	LAPIDUS PLATE TRIAL 4 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
587110LT	MTP FUSION SMALL 0DG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
587110RT	MTP FUSION SMALL 0DG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587111LT	MTP FUSION SMALL 10DG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587111RT	MTP FUSION SMALL 10DG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587115LT	MTP FUSION SMALL 5DG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587115RT	MTP FUSION SMALL 5DG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587220LT	MTP FUSION MEDIUM 0DG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587220RT	MTP FUSION MEDIUM 0DG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587221LT	MTP FUSION MEDIUM 10DG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587221RT	MTP FUSION MEDIUM 10DG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587225LT	MTP FUSION MEDIUM 5DG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587225RT	MTP FUSION MEDIUM 5DG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587338LT	MTP FUSION REVISION LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587338RT	MTP FUSION REVISION RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587439LT	MTP FUSION REVISION LARGE LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
587439RT	MTP FUSION REVISION LARGE RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5882000X	X-TRACK DISTRACTOR
58860T15	DRIVER STAR 15 SELF RETAINING
58861T15	DRIVER STAR 15 STRAIGHT
5886SCRW	HALLUX SLIM SCREW CADDY ORTHOLOC 3DI FOOT RECON
5886SLIM	HALLUX SLIM TRAY ORTHOLOC 3DI FOOT RECON
5887CASE	ORTHOLOC ANKLE FX CASE ASSY ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5888101L	LATERAL FIBULA PLATE LEFT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888101R	LATERAL FIBULA PLATE RIGHT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888102L	LATERAL FIBULA PLATE LEFT MD ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888102R	LATERAL FIBULA PLATE RIGHT MD ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888103L	LATERAL FIBULA PLATE LEFT LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888103R	LATERAL FIBULA PLATE RIGHT LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58881T15	DRIVER STAR 15 SELF RETAINING ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888201L	POSTERIOR FIB PLATE LEFT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888201R	POSTERIOR FIB PLATE RIGHT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888203L	POSTERIOR FIB PLATE LEFT LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888203R	POSTERIOR FIB PLATE RIGHT LG ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888701L	ANTEROLATERAL TIB PLATE LT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888701R	ANTEROLATERAL TIB PLATE RT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888702L	ANTEROLATERAL TIB PLATE LT MD ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888702R	ANTEROLATERAL TIB PLATE RT MD ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888801L	MEDIAL TIBIA PLATE LEFT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888801R	MEDIAL TIBIA PLATE RIGHT SM ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
5888802L	MEDIAL TIBIA PLATE LEFT MD ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888802R	MEDIAL TIBIA PLATE RIGHT MD ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888BOW1	BOW PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888CADD	ORTHOLOC CADDY TRAY 3DI PLATING SYSTEM
5888CALC	MDCO CADDY COMBO INSTRUMENTS ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888COLM	MEDIAL COLUMN PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888CORE	ORTHOLOC 3DI CORE TRAY
5888EVCO	EVANS COTTON PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888FFF1	FOREFOOT FIXATION CADDY ORTHOLOC 3DI FOOT RECON
5888FLIP	ORTHOLOC 3DI CORE FLIP CADDY
5888HALL	ORTHOLOC 3DI HALLUX TRAY
5888KIT1	ORTHOLOCANKLE FX SYS INST KIT ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5888KITA	ORTHOLOCANKLE FX SYS IMPL KIT ORTHOLOC PLATING SYSTEM
5888LAP1	LAPIDUS PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888MDCO	MDCO CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888MIDF	MIDFOOT PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888MTP1	MTP PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888MTP2	MTP REAMER CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5888SHIP	SHIFT FIX PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5889MINI	ORTHOLOC 3DI MINI INST TRAY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5889MTP1	MTP PLATE CADDY ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
58S02710	LOCKING LG HD SCREW 2.7X10MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02712	LOCKING LG HD SCREW 2.7X12MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02714	LOCKING LG HD SCREW 2.7X14MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02716	LOCKING LG HD SCREW 2.7X16MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02718	LOCKING LG HD SCREW 2.7X18MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02720	LOCKING LG HD SCREW 2.7X20MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02722	LOCKING LG HD SCREW 2.7X22MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02724	LOCKING LG HD SCREW 2.7X24MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S02726	LOCKING LG HD SCREW 2.7X26MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S02728	LOCKING LG HD SCREW 2.7X28MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S02730	LOCKING LG HD SCREW 2.7X30MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S03510	LOCKING SCREW 3.5X10MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03512	LOCKING SCREW 3.5X12MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03514	LOCKING SCREW 3.5X14MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03516	LOCKING SCREW 3.5X16MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03518	LOCKING SCREW 3.5X18MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03520	LOCKING SCREW 3.5X20MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58S03522	LOCKING SCREW 3.5X22MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03524	LOCKING SCREW 3.5X24MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03526	LOCKING SCREW 3.5X26MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03528	LOCKING SCREW 3.5X28MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03530	LOCKING SCREW 3.5X30MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03532	LOCKING SCREW 3.5X32MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03534	LOCKING SCREW 3.5X34MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03536	LOCKING SCREW 3.5X36MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03538	LOCKING SCREW 3.5X38MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03540	LOCKING SCREW 3.5X40MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03542	LOCKING SCREW 3.5X42MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03544	LOCKING SCREW 3.5X44MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03546	LOCKING SCREW 3.5X46MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03548	LOCKING SCREW 3.5X48MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03550	LOCKING SCREW 3.5X50MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03555	LOCKING SCREW 3.5X55MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S03560	LOCKING SCREW 3.5X60MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S10000	BOW PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S10002	BOW PLATE 2MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S10003	BOW PLATE 3MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S10004	BOW PLATE 4MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S10005	BOW PLATE 5MM ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S110LT	MTP FUSION SMALL 0DG LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S110RT	MTP FUSION SMALL 0DG RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S111LT	MTP FUSION SMALL 10DG LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S111RT	MTP FUSION SMALL 10DG RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S115LT	MTP FUSION SMALL 5DG LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S115RT	MTP FUSION SMALL 5DG RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S12710	LOW PRO CORT SCREW 2.7X10MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12712	LOW PRO CORT SCREW 2.7X12MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12714	LOW PRO CORT SCREW 2.7X14MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12716	LOW PRO CORT SCREW 2.7X16MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12718	LOW PRO CORT SCREW 2.7X18MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12720	LOW PRO CORT SCREW 2.7X20MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12722	LOW PRO CORT SCREW 2.7X22MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12724	LOW PRO CORT SCREW 2.7X24MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12726	LOW PRO CORT SCREW 2.7X26MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S12728	LOW PRO CORT SCREW 2.7X28MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58S12730	LOW PRO CORT SCREW 2.7X30MM ORTHOLOC SYSTEM STERILE
58S13510	NON LOCKING SCREW 3.5X10MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13512	NON LOCKING SCREW 3.5X12MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13514	NON LOCKING SCREW 3.5X14MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13516	NON LOCKING SCREW 3.5X16MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13518	NON LOCKING SCREW 3.5X18MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13520	NON LOCKING SCREW 3.5X20MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13522	NON LOCKING SCREW 3.5X22MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13524	NON LOCKING SCREW 3.5X24MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13526	NON LOCKING SCREW 3.5X26MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13528	NON LOCKING SCREW 3.5X28MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13530	NON LOCKING SCREW 3.5X30MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13532	NON LOCKING SCREW 3.5X32MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13534	NON LOCKING SCREW 3.5X34MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13536	NON LOCKING SCREW 3.5X36MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13538	NON LOCKING SCREW 3.5X38MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13540	NON LOCKING SCREW 3.5X40MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13542	NON LOCKING SCREW 3.5X42MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13544	NON LOCKING SCREW 3.5X44MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13546	NON LOCKING SCREW 3.5X46MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13548	NON LOCKING SCREW 3.5X48MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13550	NON LOCKING SCREW 3.5X50MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13555	NON LOCKING SCREW 3.5X55MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S13560	NON LOCKING SCREW 3.5X60MM ORTHOLOC PLT SYS STERILE
58S220LT	MTP FUSION MEDIUM 0DG LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S220RT	MTP FUSION MEDIUM 0DG RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S221LT	MTP FUSION MEDIUM 10DG LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S221RT	MTP FUSION MEDIUM 10DG RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S225LT	MTP FUSION MEDIUM 5DG LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S225RT	MTP FUSION MEDIUM 5DG RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S30000	EVANS OPENING WEDGE PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S30006	EVANS OPENING WEDGE PLATE 6MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S30008	EVANS OPENING WEDGE PLATE 8MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S30010	EVANS OPENING WEDGE PLATE 10MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S338LT	MTP FUSION REVISION LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S338RT	MTP FUSION REVISION RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S40000	COTTON WEDGE PLATE 0MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S40045	COTTON WEDGE PLATE 4.5MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58S40055	COTTON WEDGE PLATE 5.5MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S40065	COTTON WEDGE PLATE 6.5MM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S439LT	MTP FUSION REVISION LARGE LT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S439RT	MTP FUSION REVISION LARGE RT ORTHOLOC 3DI SYS STERILE
58S50001	MEDIAL COLUMN FUSION PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S50002	MEDIAL COLUMN FUSION PLATE MD ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S50003	MEDIAL COLUMN FUSION PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S60001	N/C FUSION PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S60003	N/C FUSION PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S7001L	MIDFOOT FUSION U-PLATE SM LT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S7001R	MIDFOOT FUSION U-PLATE SM RT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S7002L	MIDFOOT FUSION U-PLATE MD LT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S7002R	MIDFOOT FUSION U-PLATE MD RT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S7003L	MIDFOOT FUSION U-PLATE LG LT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S7003R	MIDFOOT FUSION U-PLATE LG RT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S80000	MIDFOOT FUSION STRAIGHT PLATE ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S80006	STRAIGHT TUBULAR PLATE 6 HOLE ORTHOLOC PLATING SYS STERILE
58S80007	STRAIGHT TUBULAR PLATE 7 HOLE ORTHOLOC PLATING SYS STERILE
58S80008	STRAIGHT TUBULAR PLATE 8 HOLE ORTHOLOC PLATING SYS STERILE
58S80010	STRAIGHT TUBULAR PLATE 10 HOLE ORTHOLOC PLATING SYS STERILE
58S80012	STRAIGHT TUBULAR PLATE 12 HOLE ORTHOLOC PLATING SYS STERILE
58S80014	STRAIGHT TUBULAR PLATE 14 HOLE ORTHOLOC PLATING SYS STERILE
58S8001L	MIDFOOT FUSION T-PLATE LEFT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8001R	MIDFOOT FUSION T-PLATE RIGHT ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8101L	LATERAL FIBULA PLATE LEFT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8101R	LATERAL FIBULA PLATE RIGHT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8102L	LATERAL FIBULA PLATE LEFT MD ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8102R	LATERAL FIBULA PLATE RIGHT MD ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8103L	LATERAL FIBULA PLATE LEFT LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8103R	LATERAL FIBULA PLATE RIGHT LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8201L	POSTERIOR FIBULA PLATE LEFT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8201R	POSTERIOR FIBULA PLATE RIGHT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8203L	POSTERIOR FIBULA PLATE LEFT LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8203R	POSTERIOR FIBULA PLATE RIGHT LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S83010	SYNDESMOSES PLATE ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S84060	UNIVERSAL PLATE 6 HOLE ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S84080	UNIVERSAL PLATE 8 HOLE ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S85010	MEDIAL MALLEOLAR PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58S85030	MEDIAL MALLEOLAR PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S86010	ANTERIOR TIBIA DELTA PLATE SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S86030	ANTERIOR TIBIA DELTA PLATE LG ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8701L	ANTEROLATERAL TIB PLTE LT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8701R	ANTEROLATERAL TIB PLTE RT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8702L	ANTEROLATERAL TIB PLTE LT MD ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8702R	ANTEROLATERAL TIB PLTE RT MD ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8801L	MEDIAL TIBIA PLATE LEFT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8801R	MEDIAL TIBIA PLATE RIGHT SM ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8802L	MEDIAL TIBIA PLATE LEFT MD ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S8802R	MEDIAL TIBIA PLATE RIGHT MD ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S89000	POSTERIOR TIB PLATE ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58S90006	SHIFT-FIX MDCO PLATE ORTHOLOC 3DI PLT SYS STERILE
58T10000	BOW PLATE TRIAL 0 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T10002	BOW PLATE TRIAL 2 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T10003	BOW PLATE TRIAL 3 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T10004	BOW PLATE TRIAL 4 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T10005	BOW PLATE TRIAL 5 MM ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T110LT	MTP FUS PLATE TRIAL SM 0DG LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T110RT	MTP FUS PLATE TRIAL SM 0DG RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T111LT	MTP FUS PLATE TRIAL SM 10DG LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T111RT	MTP FUS PLATE TRIAL SM 10DG RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T115LT	MTP FUS PLATE TRIAL SM 5DG LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T115RT	MTP FUS PLATE TRIAL SM 5DG RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T220LT	MTP FUS PLATE TRIAL MD 0DG LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T220RT	MTP FUS PLATE TRIAL MD 0DG RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T221LT	MTP FUS PLATE TRIAL MD 10DG LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T221RT	MTP FUS PLATE TRIAL MD 10DG RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T225LT	MTP FUS PLATE TRIAL MD 5DG LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T225RT	MTP FUS PLATE TRIAL MD 5DG RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T30000	EVANS OPEN WEDGE PLT TRL 0 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT
58T30006	EVANS OPEN WEDGE PLT TRL 6 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT
58T30008	EVANS OPEN WEDGE PLT TRL 8 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT
58T30010	EVANS OPEN WEDGE PLT TRL 10 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT
58T338LT	MTP FUS REV PLATE TRIAL LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T338RT	MTP FUS REV PLATE TRIAL RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T40000	COTTON WEDGE PLATE TRL 0 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT
58T40045	COTTON WEDGE PLATE TRL 4.5 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT

República de Colombia
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Código, Modelo o Referencia	Descripción
58T40055	COTTON WEDGE PLATE TRL 5.5 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT
58T40065	COTTON WEDGE PLATE TRL 6.5 MM ORTHOLOC 3DI FLATFOOT
58T439LT	MTP FUS REV PLATE TRIAL LG LT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T439RT	MTP FUS REV PLATE TRIAL LG RT ORTHOLOC 3DI HALLUX
58T50001	MEDIAL COL FUS PLATE TRIAL SM ORTHOLOC 3DI MEDIAL COLUMN
58T50002	MEDIAL COL FUS PLATE TRIAL MD ORTHOLOC 3DI MEDIAL COLUMN
58T50003	MEDIAL COL FUS PLATE TRIAL LG ORTHOLOC 3DI MEDIAL COLUMN
58T60001	N/C FUSION PLATE TRIAL SM ORTHOLOC 3DI MEDIAL COLUMN
58T60003	N/C FUSION PLATE TRIAL LG ORTHOLOC 3DI MEDIAL COLUMN
58T7001L	MIDFT FUS U-PLATE TRIAL SM LT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T7001R	MIDFT FUS U-PLATE TRIAL SM RT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T7002L	MIDFT FUS U-PLATE TRIAL MD LT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T7002R	MIDFT FUS U-PLATE TRIAL MD RT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T7003L	MIDFT FUS U-PLATE TRIAL LG LT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T7003R	MIDFT FUS U-PLATE TRIAL LG RT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T80000	MIDFT FUS STRAIGHT PLATE TRIAL ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T8001L	MIDFT FUS T-PLATE TRIAL LT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
58T8001R	MIDFT FUS T-PLATE TRIAL RT ORTHOLOC 3DI MIDFOOT FUSION
5920101L	ANT LAT TT FUSION PLATE SM LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920101R	ANT LAT TT FUSION PLATE SM RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920103L	ANT LAT TT FUSION PLATE LG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920103R	ANT LAT TT FUSION PLATE LG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920301L	LATERAL TTC FUSION PLATE SM LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920301R	LATERAL TTC FUSION PLATE SM RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920303L	LATERAL TTC FUSION PLATE LG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920303R	LATERAL TTC FUSION PLATE LG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920601L	ANT STR TT FUSION PLATE SM LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920601R	ANT STR TT FUSION PLATE SM RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920603L	ANT STR TT FUSION PLATE LG LT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM
5920603R	ANT STR TT FUSION PLATE LG RT ORTHOLOC 3DI PLATING SYSTEM

VIDA UTIL: 8 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20064095
RADICACIÓN: 20231158159
FECHA: 15/06/2023

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueban etiquetas del fabricante con el radicado inicial No. 20231158159 y etiqueta del importador con el radicado No. 20241089704 de la Respuesta a auto.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024022582 de 22 de Mayo de 2024
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar agotamiento de existencias del producto terminado en el territorio nacional, que se encuentre marcado con el número de registro sanitario anterior No. INVIMA 2013DM-0010344.

ARTÍCULO CUARTO. -Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de reposición, que deberá interponerse ante la Dirección Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 22 días de Mayo de 2024
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

Proyectó: Legal: msobrinom, Técnico: hpinzonr Revisó: cordina_varios